

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Руководитель (заместитель руководителя) *Иванов И.И.*
инициалы, фамилия
Приложение
к аттестату об аккредитации
от " 5 " 20 г. 2
на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

испытательная лаборатория
Общества с ограниченной ответственностью «Проектная Компания «ГорСпецПроект»
наименование испытательной лаборатории (центра)
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп.1, офис 526
адрес места осуществления деятельности

Раздел 1. Радиационный контроль

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МУ 2.6.1.2398-08 «Методические указания. Радиационный контроль и санитарно-гигиеническая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и	Территории промышленной зоны. Территории жилой зоны. Территории участков застройки. Почва (грунт).	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения. Плотность потока	(0,1÷105) мкЗв/ч	СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ- 99/2009). СанПин 2.6.1.2612-10

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности). Паспорт, техническое описание (ТО) и инструкция по эксплуатации СИ. (Многофункциональный измерительный комплекс для мониторинга радона «Камера-01»)				Rn-222 из грунта.		Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010). СанПин 2.6.1.2800-10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. СП 11-102-97 Свод Правил по проектированию и строительству. "Инженерно-экологические изыскания для строительства".
2	МУ 2.6.1. 2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окон-	Воздух рабочей зоны. Воздух жилых и служебных помещений.	-	-	Объемная активность Rn222. (Эквивалентная равновесная	(20 ÷ 105) Бк/м3	СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

	дания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности. Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений Паспорт, техническое описание (ТО) и инструкция по эксплуатации СИ (Многофункциональный измерительный комплекс для мониторинга радона «Камера-01»)				объемная активность Rn222 рассчитывается с использованием коэффициента равновесия ДПР Rn222).		СанПиН 2.6.1.2800 -10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.
3	МУ 2.6.1. 2838-11 Радиационный контроль и сани-тарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности. Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений (Свидетельство №40090.6К817)	Здания, помещения производственного и служебного назначения. Здания, помещения общественного и жилого назначения. Рабочие места			Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения. Объемная активность Rn222. (Эквивалентная равновесная объемная активность Rn222 рассчитывается с	(0,1÷105) мкЗв/ч (20 ÷ 105) Бк/м3	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). СанПиН 2.6.1.2800 -10 Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Паспорт, техническое описание (ТО) и инструкция по эксплуатации СИ (Многофункциональный измерительный комплекс для мониторинга радона «Камера-01»)					использованием коэффициента ДПР равновесия Rn222).		эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).
--	--	--	--	--	--	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 2. Измерения газовых смесей и воздуха рабочей зоны

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководство по эксплуатации X-Am 7000	Природные и искусственные газы и газовые смеси. Воздух рабочей зоны	-	-	Метан (CH4) Углекислый газ (CO2) Оксид азота (NO) Водород (H2) Кислород (O2)	От 0 до 100 объемных долей, % От 0 до 5 объемных долей, % От 0 до 100 ppm От 0 до 2000 ppm. От 0 до 100 объемных долей, %	ГН 2.2.5.1313-03 раздел II, п/п 1210 Дополнение 2 к ГН 2.2.5.1313-03 прил. 2.2.5. п/п 7 ГН 2.2.5.1313-03 раздел II, п/п 5. СП 47.13330.2012 п.п. 8.4.15(табл 8.1)

Ю.С. Дудкина
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

