



Заместитель Руководителя
Федеральной службы по аккредитации

Якутова М.А.
инициалы,
фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории
№ РА.РУ.21А540
от «28» апреля 20 15 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СБК-ТЕХНОСЕРВИС»

423331, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Альметьевский тракт, д. 14

№ п/ п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГОСТ 310.2-76 п.1.2.2	Портландцементы тампонажные, кроме типов I-G и I-H, предназначенные для низких, нормальных и умеренных температур	57 3230 57 3440 57 3450	2523 10 000 0	Тонкость помола по остатку на сите	0-12 %	ГОСТ 1581-96 ГОСТ 30515-97
3	ГОСТ 26798.1-96				Растекаемость цементного теста	160-300 мм	
					Плотность цементного теста	1,00-2,00 г/см ³	
					Время загустевания до консистенции 30 Вс		
					Водоотделение	0-25 мл	
					Прочность при изгибе	0-14,06 МПа	

Приложение к аттестату аккредитации
испытательной лаборатории

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

на 3 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ГОСТ 26798.2-96	Портландцементы тампонажные типов I-G и I- H предназначенные для низких, нормальных и умеренных температур			Консистенция цементного теста через 15-30 мин режима испытания, Вс	0-100 Вс	ГОСТ 1581-96 ГОСТ 30515-97
					Время загустевания до консистенции 100 Вс		
					Водоотделение	0-20 мл	
					Прочность на сжатие при температуре 38°C 60°C	0-300 МПа	
	РД 39-00147001- 773-2004 п. 3.1	Буровые растворы			Плотность	0,8-2,6 г/см ³	РД 39-00147001- 773-2004
	Условная вязкость				15-300 с		
	Статическое напряжение сдвига при нормальной температуре				0-1000 дПа		
	Динамическое напряжение сдвига при нормальной температуре				0-1000мПа*с		
	Эффективная вязкость при нормальной температуре						
	Пластическая вязкость при нормальной температуре						
	Водоотдача				0-120 мл / 30 мин		
	Толщина глинистой корки				0-10 мм		
	Содержание песка				0-20%		
	РД 39-00147001- 773-2004 п. 3.4						
РД 39-00147001- 773-2004 п. 3.5							

Приложение к аттестату аккредитации
испытательной лаборатории

№ _____
от «__» _____ 20__ г.

на 3 листах, лист 3


1	2	3	4	5	6	7	8
	РД 39-00147001-773-2004 п. 3.6				Показатель стабильности и седиментации	0,8-2,6 г/см ³ 0-100 см ³	
	РД 39-00147001-773-2004 п. 3.8				Концентрация твердой фазы и нефти	0-90%	
	РД 39-00147001-773-2004 п. 3.9	Буровые растворы			Определение концентрации коллоидных частиц в буровом растворе	0-200кг/м ³	РД 39-00147001-773-2004
	РД 39-00147001-773-2004 п. 3.10				Водородный показатель	1-14 pH	
	РД 39-00147001-773-2004 п. 3.14				Удельное электрическое сопротивление	0,001-19,99 Ом*м	
	РД 39-00147001-773-2004 п. 3.15	Буровые растворы			Анализ фильтрата бурового раствора: - содержание кальция; - содержание магния; - содержание хлор-иона;		РД 39-00147001-773-2004

Заведующий испытательной лабораторией

ООО «СБК-ТЕХНОСЕРВИС»

Директор

ООО «СБК-ТЕХНОСЕРВИС»



Л.С.Гильманова

Р.А. Усманов