


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Руководитель (заместитель руководителя)
Министерства Федеральной службы по аккредитации

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

01 ОКТ 2019

Приложение
к сертификату аккредитации

2019 г.

на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Химико-аналитическая лаборатория Приемно-сдаточного пункта «Шешма-Калейкино»

Общества с ограниченной ответственностью «ППН-Сервис» (сокращенно ХАЛ ПСП «Шешма-Калейкино» ООО «ППН-Сервис»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

Россия, Республика Татарстан, Альметьевский район, ПСП «Шешма-Калейкино», здание Химико-аналитической лаборатории, литера А
адрес места осуществления деятельности

п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документов, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 3900, п. 1	Нефть	06.10	2709 2710	Плотность при 20 °С	(890,0 – 950,0) кг/м ³
2	ГОСТ 33				Вязкость кинематическая	(10,00 – 300,0) мм ² /с
3	ГОСТ 1756				Давление насыщенных паров	(10,0 – 67,0) кПа
4	ГОСТ 2477				Массовая доля воды	Отсутствие (0,03 – 5,00) %
5	ГОСТ 21534 п. 1 (индикаторное титрование)				Массовая концентрация хлористых солей	(6,0 – 300,0) мг/дм ³
6	ГОСТ 6370				Массовая доля механических примесей	Отсутствие (0,005 – 0,05) %
7	ГОСТ Р 51947				Массовая доля серы	(1,00 – 5,00) %

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ 2177, метод Б	Нефть	06.10	2709 2710	Фракционный состав (выход фракций): при температуре 200 °С при температуре 300 °С Массовая доля парафина Массовая доля сероводорода Массовая доля метилмеркаптана Массовая доля этилмеркаптана Массовая доля сероводорода, метил-и этилмеркаптанов (суммарно) (расчетная величина) Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 °С	(5,0 – 30,0) % (10,0 – 50,0) % (0,5 – 6,0) % (2,0 – 200,0) млн ⁻¹ (ppm) (2,0 – 200,0) млн ⁻¹ (ppm) (2,0 – 200,0) млн ⁻¹ (ppm) (2,0 – 200,0) млн ⁻¹ (ppm)
9	ГОСТ 11851 п. 1					
10	ГОСТ Р 50802					
11	ГОСТ Р 52247, метод В					

Директор ООО «ППН-Сервис»

А.А. Магалимов

