


31.08.2006

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель (Заместитель)

ЛИТВАК А. Г.

Приложение

к аттестату аккредитации


№ _____

от _____


на 3 листах, лист 1

**Область аккредитации испытательной лаборатории
Аналитическая химическая лаборатория АО "Водоканал"
Россия, 624261, Свердловской области, г.Асбест, п. Шамейский, Цех канализационного хозяйства АО "Водоканал"**

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к области исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РД 52.24.380-2006	Вода природная поверхностная	-	-	Азот нитратный	(0,1-16,0) мг/дм ³	-
2	ПНД Ф 14.1.2:4.113-97	Вода природная поверхностная, вода сточная очищенная	-	-	Активный хлор	(0,05-5,0) мг/дм ³	-
3	ПНД Ф 14.1.2:4.262-10	Вода природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Аммоний-ион	(0,05-200) мг/дм ³	-
4	ПНД Ф 14.1.2:4.15-95	Вода природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Поверхностно- активные вещества анионоактивные (АПАВ)	(0,01-20,0) мг/дм ³	-
5	РД 52.24.420-2006	Вода природная поверхностная	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅ , БПК _{полн})	(1,0-50,0) мг/дм ³	-



1	2	3	4	5	6	7	8
6	ПНД Ф 14.1.2.3.4.123-97	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅ , БПК _{полн})	(0,5-1000) мг/дм ³	-
7	РД 52.24.468-2005	Вода природная поверхностная	-	-	Взвешенные вещества	(5,0-50,0) мг/дм ³	-
8	ПНД Ф 14.1.2.4.254-09	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Взвешенные вещества	(5,0-5000) мг/дм ³	-
9	РД 52.24.495-2005	Вода природная поверхностная	-	-	Водородный показатель	(4-10) ед.рН	-
10	ПНД Ф 14.1.2.3.4.121-97	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Водородный показатель	(4-10) ед.рН	-
11	ПНД Ф СБ 14.1.77-96	Ил активный	-	-	Доза ила по весу, доза ила по объему, иловый индекс, прозрачность наливовой воды	(0,1-13,0) г/дм ³ (8,0-1000)см ³ /дм ³ (10-980)см ³ /г (0,5-30,0) см	-
12	ФР 1.31.2008.04397	Ил активный	-	-	Доза ила по объему, иловый индекс, розрачность наливовой воды	(8,0-1000)см ³ /дм ³ (10-980)см ³ /г (0,5-30,0) см	-
13	РД 52.24.358-2005	Вода природная поверхностная	-	-	Железо общее	(0,05-20,0) мг/дм ³	-
14	ПНД Ф 14.1.2.2-95	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Железо общее	(0,05-20,0) мг/дм ³	-
15	ПНД Ф 14.1.2.98-97	Вода природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Жесткость общая	(0,1-30,0) °Ж	-
16	РД 52.24.496-2005	Вода природная поверхностная	-	-	Запах, температура, прозрачность	(1-5) баллов (0,1-30,0) °С (0,5-30,0) см	-
17	ПНД Ф 12.16.1-10	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Запах, температура, прозрачность	(1-5) баллов (0,1-50,0) °С (0,5-30,0) см	-
18	РД 52.24.403-2007	Вода природная поверхностная	-	-	Кальций	(0,1-200) мг/дм ³	-
19	ПНД Ф 14.1.2.95-97	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Кальций	(0,1-200) мг/дм ³	-
20	РД 52.24.419-2005	Вода природная поверхностная, вода сточная очищенная, ил активный	-	-	Кислород растворенный	(1,0-15,0) мг/дм ³	-



1	2	3	4	5	6	7	8
21	ПНД Ф 14.1.2.4.5-95	Вода природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Нефтепродукты	(0,05-150) мг/дм ³	-
22	ПНД Ф 14.1.2.4.4-95	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Нитрат-ион	(0,1-150) мг/дм ³	-
23	ПНД Ф 14.1.2.4.3-95	Вода природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Нитрит-ион	(0,02-10,0) мг/дм ³	-
24	ПНД Ф 14.2.4.154-99	Вода природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25-1000) мг/дм ³	-
25	РД 52.24.405-2005	Вода природная поверхностная	-	-	Сульфат-ион	(5,0-100) мг/дм ³	-
26	ПНД Ф 14.1.2.159-2000	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Сульфат-ион	(10,0-1000) мг/дм ³	-
27	ПНД Ф 14.1.2.4.114-97	Вода природная поверхностная, вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Минерализация общая (Сухой остаток)	(50,0-5000) мг/дм ³	-
28	РД 52.24.382-2005	Вода природная поверхностная	-	-	Фосфат-ион	(0,05-80,0) мг/дм ³	-
29	ПНД Ф 14.1.2.112-97	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Фосфат-ион	(0,05-80,0) мг/дм ³	-
30	РД 52.24.421-2012	Вода природная поверхностная	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(10,0-100) мг/дм ³	-
31	ПНД Ф 14.1.2.100-97	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(10,0-400) мг/дм ³	-
32	РД 52.24.407-2006	Вода природная поверхностная	-	-	Хлорид-ион	(10,0-200) мг/дм ³	-
33	ПНД Ф 14.1.2.96-97	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Хлорид-ион	(10,0-5000) мг/дм ³	-
34	РД 52.24.497-2005	Вода природная поверхностная, вода сточная очищенная	-	-	Цветность	(5-500) градусов цветности	-
35	Р 52.24.353-2012	Вода природная поверхностная	-	-	Общая жесткость	-	-
36	ПНД Ф 12.15.1-2008	Вода сточная, вода сточная очищенная	-	-	Общая жесткость	-	-



Генеральный директор АО "Водоканал"


Н.М. Маслакова

М.п.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

Листов 3 (ТРИ)

Дата 08.02.2017



Экземпляр по аккредитации *Р.В.Шинько* / Государственная 01.15.1