



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

ОТ « 3 » июня 2021 г.

№ Аа-103

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21OE50

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**Лаборатория радиационного контроля Отдела экологических изысканий Филиала «Омскгипротрубопровод»
Акционерного общества «Гипротрубопровод»**

наименование испытательной лаборатории (центра)

644099, РОССИЯ, Омская область, г. Омск, ул. Таубе, д. 5, кабинет 108

644043, РОССИЯ, Омская область, г. Омск, наб. Тухачевского, д. 7, кабинет 19 (архив)

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУ 2.6.1.2398-08, пп. 5, 6	Земельные участки под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения	—	—	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения Плотность потока радона (ППР) с поверхности грунта	0,1 – 10000 мкЗв/ч 20 – 1000 мБк/(с·м ²)
2	МУ 2.6.1.2838-11, п. 5	Жилые, общественные и производственные здания и сооружения	—	—	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	0,1 – 10000 мкЗв/ч
3	Методика экспрессного измерения плотности потока ²²² Rn с поверхности земли с помощью радиометра радона типа РРА (Согласована ЦМИИ ГП «ВНИИФТРИ» от 10.07.1998 г.)	Поверхность земли	—	—	Объемная активность ²²² Rn Расчетный показатель: Плотность потока ²²² Rn Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Объемная активность ²²² Rn	20 – 20000 Бк/м ³ —
4	Радиометр радона портативный РРА- 01М-01. Руководство по эксплуатации МГФК 412123.001 РЭ	Поверхность земли. Воздух жилых и рабочих помещений	—	—	Объемная активность ²²² Rn	20 – 20000 Бк/м ³

1	2	3	4	5	6	7
5	ГОСТ 23337	Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий	—	—	Эквивалентный уровень звука	22 – 139 дБА
					Максимальный уровень звука	22 – 139 дБА
					Уровень звука	22 – 139 дБА
					Октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне (31,5 – 8000) Гц	13 – 139 дБ
					Третьоктавные уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне (25 – 10000) Гц	11 – 139 дБ
6	МИ ПКФ-12-006 Приложение к Руководству по эксплуатации ПКДУ.411000.005 РЭ	Производство, жилые и общественные здания. Селитебная территория	—	—	Эквивалентный уровень звука	22 – 139 дБА
					Максимальный уровень звука	22 – 139 дБА
					Уровень звука с частотными коррекциями А, С, Z	22 – 139 дБА 27 – 139 дБС 31 – 139 дБZ
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне (31,5 – 16000) Гц	13 – 139 дБ
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне (25 – 20000) Гц	11 – 139 дБ

Директор филиала «Омскгипротрубопровод»

должность уполномоченного лиц

подпись уполномоченного лица

В.А. Басалаев

инициалы, фамилия уполномоченного лица