



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ «29» 04 2021 г.
№ 82-87

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.MDE17

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

наименование испытательной лаборатории (центра)

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 107076, РОССИЯ, г. Москва, ул Бухвостова 1-я, дом 12/11 корпус 53, офис 506, 510
2. 115404, РОССИЯ, г. Москва, Радиальная 6-я ул, дом 9, помещение IX, комната 34.35.36.37 (офис 338)
3. 107076, РОССИЯ, г. Москва, ул Бухвостова 1-я, дом 12/11 корпус 53, офис 504 (приём и регистрация образцов)
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 107076, РОССИЯ, г. Москва, ул Бухвостова 1-я, дом 12/11 корпус 53, офис 506, 510						
1	ГОСТ EN 62233 п. 4	бытовые и аналогичные электрические приборы со встроенными электродвигателями, с электрическим и электронным управлением, которые могут получать электропитание от любых источников электроэнергии	-	8418, 8422, 8516, 8514, 8438, 8509, 8450, 8424, 8421, 8508, 8436, 8415, 7324, 3922, 8543, 8510, 8543, 9018, 8539, 6301, 9404, 6307, 6306, 9019, 8452, 8447	Правила и методы по подготовке образцов, общие требования к подготовке и выполнению исследований (испытаний) и измерений	-
2	ГОСТ EN 62233 п. 5.1-5.4, 5.5.1, 5.5.4, 5.6, 5.7, 6				Магнитная индукция	10 Гц - 400 кГц; 5 нТл - 10 мкТл
3	ГОСТ IEC 60998-2-1 п. 10	зажимы контактные винтовые и безвинтовые, наборы зажимов, колодки клеммные, соединительные устройства	-	8205, 8536	Устойчивость к воздействию механического усилия 0,2Н-13кН	Соответствует/ не соответствует
4	ГОСТ IEC 60998-2-1 п. 11				Визуальная оценка соответствия требованиям документации, конструкции, маркировки, функционирования (в том числе оценка рисков)	Соответствует/ не соответствует