



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «13» апреля 2014 г.
№ 14-165

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи об аккредитации

Лаборатория радиационного контроля

в реестре аккредитованных объектов с ограниченной ответственностью «Втормет-РК» в г. Красноярск


«Лаборатория радиационного контроля»

AA.RU.210A-24


уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц _____

660050, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спортивная, 120, помещение 9, литера Б

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУК 2.6.1.1087-02 с Дополнением №1 МУК 2.6.1.2152-06	Лом цветных и черных металлов, партия металлолома (металлолом, подготовленный к загрузке в транспортное средство и предназначенный к реализации; металлолом, загруженный в транспортную единицу (платформа, вагон, автомашина, грузовой контейнер); металлолом, загруженный в две и более транспортные единицы)	-	-	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения / мощность дозы гамма-излучения Плотность потока альфа-частиц Плотность потока бета-частиц Мощность дозы нейтронного излучения	(0,1 - 500) мкЗв/ч (0,1 - 10 ⁵) мин ⁻¹ ·см ⁻² (1 - 5·10 ⁵) мин ⁻¹ ·см ⁻² (0,1 - 10 000) мкЗв/ч




Генеральный директор ООО «Втормет - РК» В.М. Чегодаев



Эксперт по аккредитации

Технический эксперт



М.Н. Русин

С.В. Саргисон