

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)  
м.п. Федеральной службы по аккредитации



ЛИТВАК А.Г.  
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

28 АПР 2018

№ \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

На 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория строительных цементов

Наименование испытательной лаборатории (центра)

Российская Федерация, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября д. 221, корп. 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний и измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30744- 2001, п.8	Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка.	23.51.12.111 23.51.12.112	2523 29 000 0	Предел прочности при изгибе и сжатии	(0-100) МПа

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 30744-2001, п.5.1		23.51.12.111 23.51.12.112	2523 29 000 0	тонкость помола по остатку на сите №009	(0-100) %
	ГОСТ 30744-2001, п.5.2				тонкость помола по удельной поверхности	(1000-6000) см <sup>2</sup> /г
	ГОСТ 30744-2001, п.6.2.1				нормальная густота цементного теста	(20,0-35,0) %
	ГОСТ 30744-2001, п.7				равномерность изменения объема	(0-10) мм
	ГОСТ 30744-2001, п.6.2.2				начало схватывания цементного теста	(50-600) мин
	ГОСТ 30744-2001, п.6.2.3				конец схватывания цементного теста	(50-600) мин
2	ГОСТ 5382-91, п.11.2	Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа	23.51.12.111 23.51.12.112	2523 29 000 0	оксид серы SO <sub>3</sub> (VI)	(1,0-5,0) %
	ГОСТ 5382-91, п.18.2				хлор-ион	(0,0-0,1) %
	ГОСТ 5382-91, п.4				потеря массы при прокаливании	(0,5-1,0) % (1,0-45) %
	ГОСТ 5382-91, п.5				нерастворимый остаток	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 30515-2013, п.7	Цементы. Общие технические условия	23.51.12.111 23.51.12.112	2523 29 000 0	отбор проб	-

Директор  
ОП «Омский цемент»  
ОАО «Суходоложскцемент»



А.Г. Шашков

\_\_\_\_\_

должность уполномоченного лица  
М.П.

\_\_\_\_\_

подпись уполномоченного лица

\_\_\_\_\_

инициалы, фамилия уполномоченного лица

