



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «9» 09 2020 г.
№ АА-238

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА. RU. 210A85

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория ООО «ВИРА-ГРУПП»

уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц

420064, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.160, пом. 234

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУ 2.6.1.1982-05	Рентгенодиагностические и рентгенотерапевтические кабинеты, отделения: смежные с ними помещения; прилегающие к ним территории; рабочие места персонала. Больничные палаты при использовании нестационарных аппаратов.	-	-	Расчетные показатели: - приведенная мощность дозы - мощность эффективной дозы Показатели необходимые для проведения расчета определяемые инструментальным методом: - мощность амбиентного эквивалента дозы непрерывного рентгеновского излучения - мощность амбиентного эквивалента дозы кратковременного рентгеновского излучения - мощность амбиентного эквивалента дозы импульсного рентгеновского излучения	- - (0,05 - 1·10 ⁷) мкЗв/ч (5 - 1·10 ⁷) мкЗв/ч (0,1 - 1·10 ⁷) мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
2.	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123. Руководство по эксплуатации. ТИАЯ.412118.012РЭ (ГРСИ № 19793-14)	Рентгенодиагностические кабинеты назначения, рентгенотерапевтические кабинеты, палатные рентгеновские аппараты, рентгеностоматологические кабинеты: смежные с ними помещения; прилегающие к ним территории; рабочие места персонала. Дефектоскопические лаборатории: защитные камеры; смежные с ними помещения; рабочие места персонала; прилегающие к ним территории; Зона ограничения доступа. Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров; наружная поверхность установки; рабочие места персонала. Радиоизотопные приборы: смежные с ними помещения; прилегающие к ним территории рабочие места персонала.	-	-	Мощность эквивалента дозы непрерывного рентгеновского и гамма-излучения Мощность дозы кратковременно действующего непрерывного рентгеновского и гамма излучения (одиночного или серии импульсов длительностью не менее 0,03с) Средняя мощность дозы импульсного излучения при мощности дозы (в импульсе до 1,3 Зв/с и длительности импульса не менее 10 нс) Доза рентгеновского, гамма- и импульсного излучения	$(0,05-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч $(5 - 1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч $(0,1-1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч $(0,01-1 \cdot 10^7)$ мкЗв
3.	ГОСТ 12.3.018	Системы вентиляционные, открытые воздуховоды	-	-	Скорость движения воздуха	$(0,1 - 20)$ м/с
4.	Метеометр МЭС-200А. Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ (ГРСИ №27468-04)	Производственные помещения. Рабочие места. Системы вентиляционные.	-	-	Температура воздуха	от минус 40 до плюс 85°C
					Относительная влажность воздуха	$(10 - 98) \%$
					Атмосферное давление	$(80 - 110)$ кПа
					Скорость воздушного потока / скорость движения воздуха	$(0,1 - 20)$ м/с

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ 24940	Помещения зданий и сооружений. Рабочие места.	-	-	<i>Расчетные показатели:</i> - минимальная освещенность - средняя освещенность	- -
					<i>Показатель, необходимый для проведения расчёта и определяемый инструментальным методом:</i> - освещенность	(10 – 200 000) лк
6.	МУК 4.3.2812-10	Рабочие места			Освещенность	(10 – 200 000) лк
					Яркость	(10 – 200 000) кд/м ²
					Коэффициент пульсации освещенности	(1 – 100) %


Генеральный директор ООО «ВИРА-ГРУПП» И.А. Козлова



Прошито, пронумеровано

на 3

т р е з



Эксперт по аккредитации

Л.А. Мошева

Технический эксперт

М.Н. Русин