


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____

ОТ _____

Листов 2 , лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Технотранс"

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

169710, Республика Коми, г.Усинск, ул. Кооперативная, 17/1

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание (вид поверки)
		Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения давления, вакуумные измерения				
1	Преобразователи давления измерительные	(-0,1 – 60) МПа	ПГ ± 1 %	
2	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие	(-0,1 – 60) МПа	ПГ ± 1 %	
Теплофизические и температурные измерения				
3	Термопреобразователи сопротивления	[(-45) - 155] °С	КДАА; А; В; С	
4	Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом	[(-45) - 155] °С	ПГ ± 0,15 %	
5	Преобразователи термоэлектрические	[(-45) - 155] °С	КТ 1; 2; 3	

Эксперт по аккредитации

К.В. Сарычев

Технические эксперты

Г.В. Айдаров

Д.В. Пономаренко

А.Н. Пронин



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
_____ листа (ов)