

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ
от «24» февраля 2021 г.
№ АЭ-41

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RAU 210396

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Лаборатория экологии и промышленной санитарии Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

наименование испытательной лаборатории (центра)

400074, РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 73 литер А, 3 этаж

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб)	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФР.1.31.2011.11223 (М-МВИ-173-06)	Отходящие газы топливосжигающих установок, промышленные выбросы	-	-	Углерода оксид/оксид углерода Азота оксид/оксид азота Азота диоксид/диоксид азота Сернистый ангидрид Сероводород Кислород Температура	(15-5040) мг/м ³ (25-135) мг/м ³ (25-105) мг/м ³ (35-145) мг/м ³ (20-75) мг/м ³ (1,0-20,9) % об. (от минус 20 до 800) °С
		Физические параметры газового потока	-	-		