



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ «17 февраля 2010» г.
№ 10-58

Испытательная лаборатория
в реестре аккредитованных лиц

Уникальный номер заявки на аккредитацию

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Общество с ограниченной ответственностью «Брянский учебно-методический центр» (ООО «Брянский УМЦ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

ЭКЗЕМПЛЯР

241006, Российская Федерация, Брянская область, г. Брянск, ул. Калинина, д.221,

1 этаж (кабинет 1.1, кабинет 1.2), 2 этаж (кабинет 2.2, кабинет 2.3.2)

адрес места осуществления деятельности

РОСАККРЕДИТАЦИИ

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МУ №1641-77, раздел II - IV	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Серная кислота	(0,5-8,0) мг/м ³
2.	МУ №4945-88, раздел 2, 3.1	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Оксид хрома (VI) в сварочном аэрозоле Железо, оксид железа (III) в сварочном аэрозоле Марганец в сварочном аэрозоле Свинец в сварочном аэрозоле Никель в сварочном аэрозоле Медь в сварочном аэрозоле	(0,5-9,5) мг/м ³ (1,5-15) мг/м ³ (0,05-1,25) мг/м ³ (0,005-0,12) мг/м ³ (0,025-1,25) мг/м ³ (0,4-8,0) мг/м ³
3.	МУ №5937-91, разделы «Реактивы, растворы, материалы» - «Расчет концентраций»	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Щелочи едкие	(0,20-3,5) мг/м ³
4.	МУ №2013-79, разделы II-IV	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Свинец	(0,004-0,04) мг/м ³
5.	МУ №1633-77, разделы II-IV	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты	(0,002-0,01) мг/м ³

6.	МУ №1623-77, разделы II-IV	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Водорастворимые соединения никеля	(0,003-0,03) мг/м ³
7.	МУ №1631-77, разделы II-IV	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Дифосфор пентаоксид (фосфорный ангидрид)	(0,03-0,3) мг/м ³
8.	МУК 4.1.2468-09, разделы 3;7-9	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия: Пыль (дисперсная фаза аэрозолей), в т.ч. аэрозоли фиброгенного действия (АПФД)	(1-250,0) мг/м ³
9.	МУ №5290-90, разделы «Реактивы, растворы, материалы» - «Расчет концентраций»	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Хинуклидил-3-дифенилкарбинол основание (фенкарбол основание)	(0,25-1,75) мг/м ³
10.	ФР 1.31.2016.23996 Методика измерений массовой концентрации динизобутилкетона, о-дихлорбензола, кумола, метилена хлористого, перхлорэтилена пропилбензола, стирола, толуола, трихлорэтилена, хлорбензола, хлористого винила о-хлортолуола, циклопентана, этилакрилата, этилбензола, этилформата в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе производственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии, разделы 8-10. Свидетельство №205-28/RA.RU.311787/2016 от 29.08.2016 г.	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Стирол (этилбензол) Толуол (метилбензол) Хлористый винил (хлорэтен)	(0,05-60) мг/м ³ (0,05-400) мг/м ³ (0,05-20) мг/м ³

11.	ФР 1.31.2015.20512 Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы. Методика измерений массовой концентрации ацетальдегида (этаналь), бутилакрилата (бутилпроп-2-еноата), винилацетата (этилэтаната), изопропанола (пропан-2-ола), метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата), н-бутилбензола (1-фенилбутана), пропилацетата (н-пропилэтаната), псевдокумола (1,2,4-триметилбензола), толуола (метилбензола), этиленхлоргидрина (2-хлорэтан-1-ол), этилового эфира (этоксигана) на портативных газовых хроматографах ФГХ, раздел 7-9. Свидетельство №01.00225/205-21-15 от 10.04.2015	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Этиловый эфир (этоксиган) Толуол (метилбензол)	(0,1-1000) мг/м³ (0,05-400) мг/м³
12.	ФР 1.31.2015.21296 Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы. Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп-2-еналь), бутилцеллозольва (2-буксиганол), декана, диметилформамида (N,N-диметилформамида), метилового спирта (метанола), метилцеллозольва (2-метоксиганол), сероуглерода (углерода дисульфида), толуола (метилбензола), этилового спирта (этанол), этилцеллозольва (2-этоксиганол) на портативных газовых хроматографах ФГХ, раздел 7-9. Свидетель-	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Акролеин (проп-2-ен-1-аль) Толуол (метилбензол) Этиловый спирт (этанол) Этилцеллозольв (2-этоксиганол) Сероуглерод (углерод дисульфид)	(0,1-10) мг/м³ (0,05-400) мг/м³ (1,0-2000) мг/м³ (0,2-70) мг/м³ (0,05-50) мг/м³

	ство №01.00225/205-37-15 от 15.07.2015 ФР 1.31.2014.17787 Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух производственных помещений, промышленные выбросы. Методика измерений массовой концентрации аллилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бутилацетата, бутилового спирта, изобутилового ацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, п-ксилола, м-ксилола, о-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, циклогексана, эпихлоргидрина, этилацетата на поргативных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ, раздел 7-9. Свидетельство №01.00225/205-16-13 от 20.06.2013	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-		Воздух рабочей зоны: Ацетон (пропан-2-он) (0,08-800) мг/м³ Бензол (0,01-100) мг/м³ Бутилацетат (0,2-100) мг/м³ Бутиловый спирт (Бутан-1-ол) (0,2-100) мг/м³ Пропиловый спирт (пропан-1-ол) (0,2-100) мг/м³ Толуол (метилбензол) (0,05-400) мг/м³ Эпихлоргидрин ((Хлорметил) оксиран) (0,1-100) мг/м³ Этилацетат (0,08-800) мг/м³ m-Ксилол (1,3-Диметилбензол) (0,05-400) мг/м³ n-Ксилол(1,4-Диметилбензол) (0,05-400) мг/м³ О-Ксилол (1,2-диметилбензол) (0,05-400) мг/м³	
14.	ФР 1.31.2012.12721 Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, производственных помещений, промышленные выбросы. Методика измерений массовой концентрации бензальдегида (бензойный альдегид), диизопропилового эфира, N,N-диметилацетамида, изофорона, изопрена (2-метил-1,3-бутадиен), метакрезола (3-метилфенол), метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пара-крезола (4-метилфенол), ортокрезола (2-метилфенол), пропаналя (пропиловый альдегид), пропилена, сероводорода (дигидросульфид), тетрагидрофурана, уксусной кислоты (этановая кислота), фенола (гидроксибензол), фурфурола, циклогексано-	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-		Воздух рабочей зоны: Сероводород (дигидросульфид) (0,01-60) мг/м³	

ла, этилена на портивных газовых хроматографах ФГХ и ПГХ, раздел 7-9. Свидетельство №01.00225/205-38-12 от 10.07.2012 г.					
15. ФР 1.31.2016.23997 Методика измерений массовой концентрации бутана, гексана, гексена, гептана, гептена, метилинана, октана, октена, пентана, пентена, пропиленона, скипидара, толуола, уксусной кислоты, циклогексана, этилена, раздел 8-10. Свидетельство №205-27/RA.RU.311787/2016 от 29.08.2016 г.	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-			Воздух рабочей зоны: Гексан (1,0-1500) мг/м ³ Пропилен (пропен) (0,1-500) мг/м ³ Скипидар (масло терпентинное) (0,08-800) мг/м ³ Уксусная кислота (этановая кислота) (1,0-80) мг/м ³
16. ГОСТ 12.1.014, раздел 3.	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-			Воздух рабочей зоны: Фенол (0,3-3,0) мг/м ³ Формальдегид (0,25-5,0) мг/м ³ Аммиак (2,0-100,0) мг/м ³ Диметилбензол (п-Ксилол, m-ксилол, o-ксилол) (20,0-1500,0) мг/м ³ Метилбензол (Толуол) (25-2000) мг/м ³ Пропан-2-он (Ацетон) (100,0-10000) мг/м ³ Углерода оксид (5,0-350) мг/м ³ Уайт-спирит (500-4000) мг/м ³ Этановая (Уксусная) кислота (2,0-300) мг/м ³ Дигидросульфид (сероводород) (0,2-15,0) мг/м ³ Хлор (0,5-20,0) мг/м ³ Озон (0,05-15,0) мг/м ³ Гидрохлорид (хлористый водород) (0,5-15,0) мг/м ³ Серы диоксид (сернистый ангидрид) (2,0-130) мг/м ³ Этанол (этиловый спирт) (200-5000) мг/м ³

				Масла аэрозоли	(5,0-50,0) мг/м ³
				Бензин	(50,0-4000,0) мг/м ³
				Этенилбензол (стирол)	(5-500) мг/м ³
				диЭтиловый эфир (этоксизтан)	(100-600) мг/м ³ (600-3000) мг/м ³
				Бензол	(5,0-1500,0) мг/м ³
17.	Руководство по эксплуатации трубок индикатор-ных ИТ-ИК/ВП. СИТИ.41522.200 РЭ	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	Воздух рабочей зоны:	
				Фенол	(0,3-3,0) мг/м ³
				Формальдегид	(0,25-5,0) мг/м ³
				Аммиак	(2,0-100,0) мг/м ³
				Диметилбензол (п-Ксилол, m-ксилол, о-ксилол)	(20,0-1500,0) мг/м ³
				Метилбензол (Толуол)	(25-2000) мг/м ³
				Пропан-2-он (Ацетон)	(100,0-10000) мг/м ³
				Углерода оксид	(5,0-350) мг/м ³
				Уайт-спирит	(500-4000) мг/м ³
				Этановая (Уксусная) кислота	(2,0-300) мг/м ³
				Дигидросульфид (сероводород)	(0,2-15,0) мг/м ³
				Хлор	(0,5-20,0) мг/м ³
				Озон	(0,05-15,0) мг/м ³
				Гидрохлорид (хлористый водород)	(0,5-15,0) мг/м ³
				Серы диоксид (сернистый ангидрид)	(2,0-130) мг/м ³
				Этанол (этиловый спирт)	(200-5000) мг/м ³
				Масла аэрозоли	(5,0-50,0) мг/м ³
				Бензин	(50,0-4000,0) мг/м ³
				Этенилбензол (стирол)	(5-500) мг/м ³
				диЭтиловый эфир (этоксизтан)	(100-3000) мг/м ³

					Бензол	(5,0-1500,0) мг/м ³
18.	Руководство по эксплуатации газоанализаторы АНК-АТ-7664Микро. ИБЯЛ. 413411.053 РЭ часть 2	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Углерода оксид	(0-200) мг/м ³
					Диоксид азота	(0-10) мг/м ³
					Углеводороды нефти (по октану)	(0-3500) мг/м ³
19.	Руководство по эксплуатации газоанализатора мультигазового «Комета-М5» (ИГС-98). ФГИМ 413415.001-500-006 РЭ	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Воздух рабочей зоны: Аммиак	(0-500) мг/м ³
					Диоксид азота	(0-30) мг/м ³
					Диоксид серы (сернистый ангидрид)	(0-300) мг/м ³
					Углерода оксид (Угарный газ, Моноксид углерода)	(0-300) мг/м ³
					Формальдегид	(0-10) мг/м ³
					Пары углеводородов	(0-3000) мг/м ³
					Хлор	(0-30) мг/м ³
					Хлористый водород (Гидрохлорид)	(0-30) мг/м ³
20.	ГОСТ 12.1.005, раздел 4	Производственная (рабочая) среда, воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб	-
21.	Паспорт аспиратора для отбора проб воздуха Модель 822. дА0.000.822 ПС	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Производственные помещения. Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб воздуха/Расход воздуха при отборе проб	0,2-1 л/мин 1-20 л/мин
22.	Паспорт автоматического пробоотборника воздуха ОП-442ГЦ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Производственные помещения. Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб воздуха/Расход воздуха при отборе проб	0,2-1 л/мин 5-20 л/мин

23.	Паспорт aspirатора А-01 для отбора проб. ГПШЮ.407239.001 ПС	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Производственные помещения. Воздух рабочей зоны.	-	-	Отбор проб воздуха/Расход воз- духа при отборе проб	0,2-1 л/мин 3-25 л/мин
24.	Руководство по эксплуатации aspirатора АМ-5. АМ5.00.000 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Производственные помещения. Воздух рабочей зоны.	-	-	Объем прокачиваемого возду- ха/Расход воздуха при отборе проб	100 см³/раз
25.	Паспорт aspirатора сильфонного АМ-5М. АМ-5М.00.000 ПС	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Производственные помещения. Воздух рабочей зоны.	-	-	Объем прокачиваемого возду- ха/Расход воздуха при отборе проб	100 см³/раз
26.	ГОСТ ISO 9612	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места.	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука	(20-150) дБА
					Эквивалентный уровень звука за 8 часовой рабочий день (расчет- ный показатель)	(20-150) дБА
					Корректированный по С пико- вый уровень звука	(20-150) дБС
					Эквивалентный уровень звуко- вого давления в октавных поло- сах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц	(25-150) дБ

27.	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел III	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука A за рабочую смену Максимальный уровень звука A, измеренный с временными коррекциями S (медленно) и I (импульс) Пиковый уровень звука C	(20-150) дБА (20-150) дБА (20-150) дБС
28.	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел V	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Инфразвук: Эквивалентные уровни звукового давления за рабочую смену в октавных полосах частот 2, 4, 8, 16 Гц - $L_{p,1eq,8h}$ Эквивалентный общий уровень инфразвука за рабочую смену - $L_{p,21eq,8h}$ Максимальный общий уровень инфразвука, измеренный с временной коррекцией S (медленно)	(25-150) дБ (25-150) дБ (25-150) дБ
29.	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел VI	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Ультразвук воздушный: Эквивалентные уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40 кГц	(32-150) дБ

30.	ГОСТ 31319, п.6	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места.	-	-	Вибрация общая: Эквивалентное виброускорение	(58-183) дБ (0,00079-1413) м/с ²
31.	ГОСТ 31192.1	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Здания.	-	-	Вибрация локальная: Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	(60-183) дБ (0,0010-1413) м/с ²
32.	Руководство по эксплуатации. Шумомер интегрирующий-вибромметр ШИ-01В. МГФК.968620.110РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория.	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Корректированный по С пиковый уровень звука Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц	(20-140) дБА (20-140) дБА (22-140) дБС (35-140) дБ
33.	Руководство по эксплуатации. Шумомер-анализатор спектра, вибромметр портативный ОКТАВА-110А. РЭ 4381-003-76596538-06 МИ ПКФ-12-006. Приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4381-002-76596538-06	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория.	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Корректированный по С пиковый уровень звука Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц Инфразвук: Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2-16) Гц Корректированные уровни звукового давления	(22-139) дБА (22-139) дБА (22-139) дБС (25-140) дБ (25-139) дБ (25-139) дБ

34.	Руководство по эксплуатации анализатора шума и вибрации АССИСТЕНТ. БВЕК.438150-005РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория.	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука (уровни звукового давления) Максимальный уровень звука Корректированный по С пиковый уровень звука Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц Инфразвук: Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц Корректированные уровни звукового давления (общий (эквивалентный) уровень звука)	(20-140) дБА (20-140) дБА (20-140) дБС (30-140) дБ (30-140) дБ
35.	Руководство по эксплуатации. Часть III, Исполнение НГ (белая). Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А. ПКДУ.411000.001.02 РЭ МИ ПКФ-12-006. Приложение к руководствам по эксплуатации ПКДУ.411000.001.02 РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория.	-	-	Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Корректированный по С пиковый уровень звука Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц Инфразвук: Эквивалентный уровень звукового давления Эквивалентный общий уровень Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2-16)	(33-150) дБА (33-150) дБА (33-150) дБС (33-150) дБ (33-150) дБЛин (33-150) дБЛин (33-150) дБ

					Гц	
					Ультразвук: Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5-40) кГц	(33-150) дБ
					Вибрация общая: Виброускорения (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное скорректированное) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-1250) Гц	(60-165) дБ (0,0010-178) м/с ²
					Вибрация локальная: Виброускорения (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное скорректированное) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8-1000) Гц	(66-165) дБ (0,0020-178) м/с ²
					Шум: Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука Скорректированный по С пиковый уровень звука Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц	(32-150) дБА (32-150) дБА (32-150) дБС (32-150) дБ
					Инфразвук: Уровни звукового давления в октавных полосах частот (2-16) Гц	(32-150) дБ

					Ультразвук: Уровни звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами (12,5-40) кГц Вибрация общая: Виброускорения (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное, эквивалентное скорректированное) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-1250) Гц Вибрация локальная: Виброускорения (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное, эквивалентное скорректированное) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8-1000) Гц	(32-150) дБ (58-164) дБ (0,00079-158) м/с² (60-163) дБ (0,0010-141) м/с²
37.	Руководство по эксплуатации анализатор шума и вибрации Ассистент. БВЕК.438150-005РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория.	-		Вибрация общая: Виброускорения (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное, эквивалентное скорректированное) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-1250) Гц Вибрация локальная: Виброускорения (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное, эквивалентное скорректированное) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8-1000) Гц	(70-170) дБ (0,0032-316) м/с² (70-170) дБ (0,0032-316) м/с²

38.	Руководство по эксплуатации. Измеритель общей и локальной вибрации портативный «Октава-101ВМ». РЭ 4277-002-76596538-05. МИ ПКФ-12-006. Приложение к руководствам по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538-05	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Жилые и общественные здания. Селитебная территория.	-	-	Вибрация общая: Виброускорения (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное, эквивалентное скорректированное) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (0,8-1250) Гц	(64-183) дБ (0,0016-1413) м/с ²
39.	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел II	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Вибрация локальная: Виброускорения (среднеквадратичное значение скорректированное, эквивалентное, эквивалентное скорректированное) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами (8-1000) Гц	(70-183) дБ (0,0032-1413) м/с ²
39.					Микроклимат: Температура воздуха	(от -45 до +120) °С
					Относительная влажность воздуха	(0-99) %
					Скорость движения воздуха	(0,1-30) м/с
					Интенсивность теплового облучения (инфракрасного излучения)	(0-2500) Вт/м ²
					Температура поверхностей	(от -50 до +500) °С (от -58 до +932) °F
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	(от 0 до + 85) °С
40.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров микроклимата Метеоскоп-М. БВЕК.43 1110.04 РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий	-	-	Микроклимат: Температура воздуха	(от -40 до + 85) °С
					Относительная влажность воздуха	(3-97)%
					Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
					Интенсивность теплового облучения (инфракрасного излучения)	(0-1000)Вт/м ²

	ний.			ния)	
				Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	(от 0 до + 85) °С
				Давление воздуха	(80-110) кПа (600-825) мм.рт.ст.
41.	Руководство по эксплуатации радиометра теплового излучения ИК-метр. БВЕК.43.1121.04 РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий.	-	Микроклимат: Интенсивность теплового облучения (инфракрасного излучения)	(10-2500) Вт/м ²
				Энергетическая яркость	(165-5000) Вт/м ² ср
42.	Руководство по эксплуатации термоанемометра ТТМ-2-02-1. ТФАП.407282.002-04 РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий.	-	Микроклимат: Скорость движения воздуха	(0,1-30) м/с
43.	Руководство по эксплуатации измерителя влажности и температуры ИВТМ-7 М. ТФАП.413614.009 РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий.	-	Микроклимат: Температура воздуха	(от -20 до + 50) °С
				Относительная влажность воздуха	(0-99)%
				Давление воздуха	(840-1060) гПа (630-795) мм.рт.ст.
44.	Руководство по эксплуатации. Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (24). Измеритель ТНС-индекса. ТУ 4215-003-16796024-04	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения.	-	Микроклимат: Температура воздуха	(от 0 до + 50) °С
				Относительная влажность воздуха	(10-98)%

		помещения. Помещения жилых и общественных зданий.			Температура сферы	(от 0 до + 50) °С
45.	Руководство по эксплуатации измерителя влажности и температуры ИВГМ-7К. ТФАП.413614.002 РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Микроклимат: Температура воздуха Относительная влажность воздуха Давление воздуха	(от -45 до +120) °С (0-99)% (840-1060) гПа
46.	Инструкция по эксплуатации портативного инфракрасного термометра DT-812	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Микроклимат: Температура поверхностей	(от -20 до +450) °С
47.	Руководство по эксплуатации анемометра, прибора комбинированного ТКА-ПТМ (50). ТУ 4215-003-16796024-16	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Производственные помещения. Помещения жилых и общественных зданий.	-	-	Микроклимат: Скорость движения воздуха	(0,1-20) м/с
48.	ГОСТ 24940, п.6.1-6.2	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Помещения зданий и сооружений, работы	-	-	Световая среда: Освещенность Коэффициент естественного освещения (КЕО)	(1-200000) лк (1-100) %

		вне зданий, улицы, дороги				
49.	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел X	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места.	-	-	Световая среда: Средняя освещенность рабочей поверхности Коэффициент естественного освещения (КЕО) Объединенный показатель дискомфорта, UGR Яркость рабочей поверхности Коэффициент пульсации освещённости Напряжение в сети/Напряжение переменного тока Частота переменного тока	(1-200000) лк (1-100) % - (1-200000) кд/м ² (1-100) % (40-400) В (9,999-99,99) Гц
50.	Инструкция по эксплуатации мультиметра DT-9915	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места.	-	-		
51.	Руководство по эксплуатации цифрового мультиметра MY 60-64	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места.	-	-	Напряжение в сети/Напряжение переменного тока	(2-750) В
52.	Инструкция по эксплуатации клещей-мультиметра цифрового типа M266	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места.	-	-	Напряжение в сети/Напряжение переменного тока	(200-750) В
53.	Руководство по эксплуатации «ЭКОЛАЙТ» (модель 02). Люксметр-Яркомер-Пульсметр. СФАТ.412125.002 РЭ	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Помещение зданий и сооружений, работы вне зданий, улицы, дороги	-	-	Световая среда: Освещенность Яркость Коэффициент пульсации освещённости	(1-200000) лк (1-200000) кд/м ² (1-100) %
54.	Руководство по эксплуатации прибора комбинированного «ТКА-ПКМ» (09). Люксметр + Пульсметр + Яркомер. ТУ 4215-003-16796024-04	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места.	-	-	Световая среда: Освещенность Яркость	(10-200000) лк (10-200000) кд/м ²

		чие поверхности. Помещения зданий и сооружений, работы вне зданий, улицы, дороги			Коэффициент пульсации освещённости	(1-100) %
55.	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации «Аргус-12». Люксметр-Яркомер.	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Рабочие поверхности. Помещения зданий и сооружений, работы вне зданий, улицы, дороги	-	-	Световая среда: Освещённость Яркость	(1-200000) лк (1-200000) кд/м ²
56.	Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации «Аргус-07». Пульсметр-Люксметр.	Производственная (рабочая) среда, Рабочие места. Рабочие поверхности. Помещения зданий и сооружений, работы вне зданий, улицы, дороги	-	-	Световая среда: Освещённость Коэффициент пульсации освещённости	(1-20000) лк (1-100) %
57.	Люксметр + Яркомер+ Пульсметр «ЭкоЛайт». Комплект «ЭкоЛайт-DIN». Приложение к руководствам по эксплуатации СФАТ.412125.001 РЭ и СФАТ.412125.002 РЭ, ПКДУ.412125.001.01 РЭ. Фотоголовка ФГ-01 +, универсальный монитор ЭКОФИЗИКА-D	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Рабочие поверхности. Помещения зданий и сооружений, работы вне зданий, улицы, дороги	-	-	Световая среда: Освещённость Яркость Коэффициент пульсации освещённости	(1-200000) лк (1-200000) кд/м ² (1-100) %
58.	Руководство по эксплуатации динамометра ДМЭР-30, ДМЭР-90, ДМЭР-120 электронного ручного медицинского	Рабочие места. Трудовой процесс.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Мышечное усилие (мышечная сила кисти)	(2-120) даН

59.	Руководство по эксплуатации весов электронных подвесных ВНТ-30-10.	Рабочие места. Трудовой процесс.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Масса/Масса поднимаемого, перемещаемого груза	0,2-30 кг.
60.	Руководство по эксплуатации угломера маятникового ЗУРИ-М. ЗУРИ 000 РЭ.	Рабочие места. Трудовой процесс.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Угол наклона	0-360 °
61.	Руководство по эксплуатации угломера маятникового ЗУРИ-Н. ЗУРИ-Н 000 РЭ.	Рабочие места. Трудовой процесс.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Угол наклона	0-360 °
62.	Паспорт на секундомер электронный «Интеграл С-01».	Рабочие места. Трудовой процесс.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Длительность отрезков времени	(1,0-36000) сек.
					Время удержания груза	(1,0-36000) сек.
					Время пребывания в рабочей позе	(1,0-36000) сек.
					Рабочее положение тела в течение рабочего дня	(1,0-36000) сек.
					Напряженность трудового процесса: Длительность сосредоточенного наблюдения	(1,0-36000) сек.
					Нагрузка на голосовой аппарат	(1,0-36000) сек.
					Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	(1,0-36000) сек.
					Время пассивного наблюдения за ходом производственного процесса	(1,0-36000) сек.
					Продолжительность выполнения единичной операции	(1,0-36000) сек.
					Длительность работы с оптическими приборами	(1,0-36000) сек.
					Нагрузка на голосовой аппарат (продолжительность речи)	(1,0-36000) сек.
					Длительность отрезков времени	(1,0-36000) сек.

63.	Руководство по эксплуатации дальномера лазерного GLM30. 1 609 92A OLG	Рабочие места. Помещения зданий и сооружений, работы вне зданий, улицы, дороги. Трудовой процесс.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Расстояние/длина/длина пути перемещения груза Перемещения работника в пространстве, обусловленное технологическим процессом, в течение рабочей смены	(150-30000) мм. (150-30000) мм.
64.	Руководство по эксплуатации дальномера лазерного GLM20. 1 609 92A 4JT	Рабочие места. Помещения зданий и сооружений, работы вне зданий, улицы, дороги. Трудовой процесс.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Расстояние/длина/длина пути перемещения груза Перемещения работника в пространстве, обусловленное технологическим процессом, в течение рабочей смены	(150-20000) мм. (150-20000) мм.
65.	Руководство по эксплуатации дальномера лазерного GLM40. 1 609 92A 23E	Рабочие места. Помещения зданий и сооружений, работы вне зданий, улицы, дороги. Трудовой процесс.	-	-	Тяжесть трудового процесса: Расстояние/длина/длина пути перемещения груза Перемещения работника в пространстве, обусловленное технологическим процессом, в течение рабочей смены	(150-40000) мм. (150-40000) мм.
66.	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел VII	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места, оборудованные ПК и другими средствами информатизации. Формационно-коммуникационных технологий.	-	-	Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей ПК: Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(5-1000) В/м (0,5-40) В/м 50 мА/м – 4 А/м

				Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	4мА/м-400 мА/м
				Индукция магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц	(62,5 нТл-5мкТл)
				Индукция магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц	(5 нТл-500 нТл)
				Плотность потока энергии на частотах 300МГц-18ГГц	(1-100000) мкВт/ см ²
				Напряженность электростатического поля	(0,3 – 180) кВ/м
				Электростатическое поле: Напряженность электрического поля	(0,3 – 180) кВ/м
				Электрические и магнитные поля радиочастотного диапазона частотой 10-30кГц: Напряженность электрического поля	100мВ/м-500 В/м
				Напряженность магнитного поля	5мА/м-100 А/м
				Постоянное магнитное поле: Магнитная индукция поля (общего, локального)	(0,1-1999) мТл
				Напряженность магнитного поля (общего, локального)	(0,5-200) А/м

					Электрические и магнитные поля радиочастотного диапазона частотой 30 кГц-300 МГц: Напряженность электрического поля	(1,15-500) В/м
					Напряженность магнитного поля диапазона частот 30 кГц-3 МГц	(0,75-50) А/м
					Напряженность магнитного поля диапазона частот ≥ 30 кГц-50 МГц	(0,15-10) А/м
					Энергетическая экспозиция	-
					Электрические и магнитные поля радиочастотного диапазона частотой 300 МГц-18 ГГц: Плотность потока энергии	(1-100000) мкВт/см ²
					Энергетическая экспозиция	-
					Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц): Напряженность электрического поля	(0,05 – 50) кВ/м
					Напряженность магнитного поля (магнитная индукция)	(0,01 – 5,0) мТл
					Геомагнитное поле: Напряженность магнитного поля	(0,5-200) А/м
					Ослабления геомагнитного поля	-
67.	СанПин 2.1.8/2.2.4.2489, раздел IV	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Помещения зданий и сооружений.	-	-		

68.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентного ВЕ-МЕТР-АТ-003. БВЕК.43 1440.08.04 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места, оборудованные ПК и другими средствами информатизации. Рабочие места, производственные помещения	-	-	Электромагнитные поля на рабочих местах пользователей ПК Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц Напряженность магнитного поля (магнитная индукция) в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц (Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц) Напряженность магнитного поля (магнитная индукция) в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц (Плотность магнитного потока в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц)	(5-1000) В/м (0,5-40) В/м 50 мА/м – 4 А/м (62,5 нТл-5мкТл) 4мА/м-400 мА/м (5 нТл-500 нТл)
69.	Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. МГФК.410000.001 РЭ.	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Электростатическое поле: Напряженность электрического поля	(0,3 – 180) кВ/м
70.	Руководство по эксплуатации измерителя параметров электрического и магнитного полей промышленной частоты ВЕ-50. БВЕК 43 1440.07 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Жилые, общественные здания, селитебная территория.	-	-	Электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц): Напряженность электрического поля Плотность потока индукции магнитного поля	(0,05 – 50) кВ/м (0,01 – 5,0) мТл

71.	Руководство по эксплуатации миллитесламетра Ш1-15У. АВНР.411175.001 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места.	-	-	Постоянное магнитное поле: Магнитная индукция постоянно- го магнитного поля	(0,1-1999) мТл
72.	Руководство по эксплуатации магнитометра трех- компонентного малогабаритного МТМ-01. БВЕК 570000.001 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места.	-	-	Постоянное магнитное поле: Напряженность магнитного поля	(0,5-200) А/м
73.	Руководство по эксплуатации измерителя напря- женности поля ИПМ-101М. МГФК.411153.002 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Про- изводственные поме- щения.	-	-	Электромагнитные поля диа- пазона радиочастотного диа- пазона: Напряженность электрического поля в диапазоне: 0,03-0,05 МГц (с антенной Е01) 0,05-300 МГц (с антенной Е01) 300-500 МГц (с антенной Е01) 500-700 МГц (с антенной Е01) 700-1000 МГц (с антенной Е01) 1000-1200 МГц (с антенной Е01) 2400-2500 МГц (с антенной Е01) 0,03-0,05 МГц (с антенной Е02) 0,05-700 МГц (с антенной Е02) 700-1200 МГц (с антенной Е02) 2400-2500 МГц (с антенной Е02) Напряженность магнитного поля в диапазоне: 0,03-0,05 МГц (с антенной Н01) 0,05-0,07 МГц (с антенной Н01) 0,07-3,00 МГц (с антенной Н01) 1,0-1,5 МГц (с антенной Н02) 1,5-3,0 МГц (с антенной Н02) 3,0-50 МГц (с антенной Н02)	(1,15-115) В/м (1,0-100) В/м (0,85-85) В/м (0,7-70) В/м (0,5-50) В/м (0,35-35) В/м (0,5-50) В/м (5,75-575) В/м (5-500) В/м (4,25-425) В/м (0,6-60) В/м (0,75-75) А/м (0,6-60) А/м (0,5-50) А/м (0,15-15) А/м (0,12-12) А/м (0,1-10) А/м

74.	Руководство по эксплуатации измерителя плотности потока энергии электромагнитного поля ПЗ-33/ПЗ-33М. БВЕК.321216.004РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Производственные помещения.	-	-	Электромагнитные поля радиочастотного диапазона: Плотность потока энергии в диапазоне частот (0,3-18,0) ГГц	(1-100000) мВт/см ²
75.	СанПин 2.2.4.3359-16, раздел IX	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места.	-	-	Неионизирующие электромагнитные излучения оптического диапазона (ультрафиолетовое излучение): Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн: УФ-С (200-280) нм УФ-В (280-315) нм УФ-А (315-400) нм	(1,0-20000) мВт/м ² (10-60000) мВт/м ² (10-60000) мВт/м ²
76.	Руководство по эксплуатации УФ-Радиометр. Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (12). ТУ 4215-003-16796024-04	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места.	-	-	Неионизирующие электромагнитные излучения оптического диапазона (ультрафиолетовое излучение): Интенсивность ультрафиолетового излучения (Энергетическая освещенность) в диапазоне длин волн: УФ-С (200-280) нм УФ-В (280-315) нм УФ-А (315-400) нм	(1,0-20000) мВт/м ² (10-60000) мВт/м ² (10-60000) мВт/м ²
77.	Руководство по эксплуатации дозиметра-радиометра МКС-05 «ТЕРРА». ФВКМ.412152.003-01 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Рабочие места. Помещения зданий и сооружений.	-	-	Ионизирующее излучение: МАЭД фотонного излучения АЭД фотонного излучения	от 0,1 до 9999 мЗв*ч ⁻¹ от 0,001 до 9999 мЗв

					Плотность потока бета-частиц	От 10^3 до 10^5 мин ⁻¹ *см ⁻²
78.	МУК 4.3.1675-03	Производственная (рабочая) среда. Помещения зданий и сооружений.	-	-	Аэрионный состав воздуха: Концентрация аэрионов положительной полярности Концентрация аэрионов отрицательной полярности Коэффициент униполярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^5)$ ион/см ⁻³ $(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^5)$ ион/см ⁻³ 0,4-1,0
79.	Руководство по эксплуатации МАС-01. Счетчики аэрионов малогабаритные. БВЭК.510000.001 РЭ	Производственная (рабочая) среда. Помещения зданий и сооружений.	-	-	Аэрионный состав воздуха: Концентрация аэрионов положительной полярности Концентрация аэрионов отрицательной полярности Коэффициент униполярности	$(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^5)$ ион/см ⁻³ $(1 \cdot 10^2 - 1 \cdot 10^5)$ ион/см ⁻³ 0,4-1,0

Директор ООО «Брянский УМП»

должность уполномоченного лица

В.Н.Коровин

инициалы, фамилия уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

