


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Область аккредитации

Лаборатории технического контроля Общества с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод»
наименование испытательной лаборатории (центра)

РФ, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (объект 1034)

РФ, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, сооружение 1/8 (объект 1013)

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*>	Наименование объекта	Код ОКП / Код ОКП Д2 <*>	Код ТН ВЭД ТС <*>	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения <*>	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации) <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
РФ, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1 (объект 1034)							
1	ГОСТ Р 51520, п.7.1 ГОСТ 2, п.7.3	Удобрения минеральные	21 8111 23 8720 20.15.39	3102 30 9000 0	Внешний вид	—	ГОСТ Р 51520 ГОСТ 2
		Селитра аммиачная марка А	21 8111 20.15.33				ГОСТ 2
	ТУ 2143-639-00209023 п.4.3	Селитра аммиачная пористая	21 4319 20.15.33				ТУ 2143-639-00209023

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ГОСТ 30181.6 ГОСТ 2 п.7.4	Удобрения минеральные	21 8111 23 8720	3102 30 9000 0	Массовая доля питательных веществ (азот), %	20% - 35%	ГОСТ Р 51520 ГОСТ 2
		Селитра аммиачная марка А	21 8111 20.15.33		Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на NH_4NO_3 в сухом веществе (расчетный)	57% - 100%	ГОСТ 2
		Селитра аммиачная пористая	21 4319 20.15.33		Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на NH_4NO_3 в сухом веществе (расчетный)	57% - 100%	ТУ 2143-639-00209023
3	ГОСТ 20851.4 Метод 1	Удобрения минеральные	21 8111	3102 30 9000 0	Массовая доля воды	0,1% - 12%	ГОСТ Р 51520 ГОСТ 2
		Селитра аммиачная марка А	21 8111 20.15.33		Массовая доля воды гигроскопической	0,1% - 12%	ГОСТ 2
		Селитра аммиачная пористая	21 4319 20.15.33		Массовая доля воды, определяемая методом сушки	0,1% - 12%	ТУ 2143-639-00209023
4	ГОСТ 21560.1	Удобрения минеральные Селитра аммиачная марка А Селитра аммиачная пористая	21 8111 21 8111 20.15.33 21 4319 20.15.33	3102 30 9000 0	Гранулометрический состав	0% - 100%	ГОСТ Р 51520 ГОСТ 2 ГОСТ 2 ТУ 2143-639-00209023

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГОСТ 21560.2	Удобрения минеральные Селитра аммиачная марка А Селитра аммиачная пористая	21 8111 20.15.39 21 8111 20.15.33 21 4319 20.15.33	3102 30 9000 0	Статическая прочность гранул	(0,2-5,0)МПа	ГОСТ Р 51520 ГОСТ 2 ГОСТ 2 ТУ 2143-639-00209023
6	ТУ 2143-639-00209023 п.4.5	Селитра аммиачная пористая	21 4319 20.15.33	3102 30 9000 0	Впитывающая способность по отношению к дизельному топливу	—	ТУ 2143-639-00209023
7	ТУ 2143-639-00209023 п.4.6				Удерживающая способность по отношению к дизельному топливу	—	
8	ТУ 2143-639-00209023 п.4.7				Насыпной вес	—	
9	ГОСТ Р 53789 п.7.3	Кислота азотная неконцентрированная	21 2132 20.15.10	28 08 00 000 0	Внешний вид	—	ГОСТ Р 53789
10	ГОСТ Р 53789 п.7.4				Массовая доля азотной кислоты	45% - 65%	
11	ГОСТ Р 53789 п.7.5				Массовая доля оксидов азота	0,02%-0,30%	
12	ГОСТ Р 53789 п.7.6				Массовая доля остатка после прокаливания	0,001%-0,060%	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	ГОСТ 28326.1 п.2	Аммиак жидкий технический	21 1461 20.15.10	2814 10 000 0	Массовая доля воды (остаток после испарения)	0,15%-0,45%	ГОСТ 6221
14	ГОСТ 28326.4				Массовая концентрация масла	(0,2-10,0) мг/дм ³	
15	ГОСТ 28326.5				Массовая концентрация железа	(0,25-5,00) мг/дм ³	
16	ГОСТ 9 п.3.2	Аммиак водный технический	21 3325	2814 20 900 0	Внешний вид	—	ГОСТ 9
17	ГОСТ 9 п.3.3				Массовая доля аммиака	—	
18	ГОСТ 9 п.3.4				Массовая концентрация нелетучего остатка	—	
РФ, 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, сооружение 1/8 (объект 1013)							
19	ГОСТ 21560.5	Удобрения минеральные Селитра аммиачная марка А Селитра аммиачная пористая	21 8111 20.15.39 21 8111 20.15.33 21 4319 20.15.33	3102 30 9000 0	Рассыпчатость	0% - 100%	ГОСТ Р 51520 ГОСТ 2 ГОСТ 2 ТУ 2143-639-00209023

<*> В том числе документы, устанавливающие правила и методы испытаний (испроб), - при их наличии.
<*> При наличии.

М.П.

Генеральный директор ООО «ААТЗ»

Начальник лаборатории

Дьяк Р.А.

Зацепина В.И.

