

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.
(инициалы, фамилия)

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____
от " 25 12 18 20 г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Лаборатории инструментального контроля
Акционерное Общество «Сибирский инженерно-аналитический центр»
(наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица)

630032, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 4, Литер А18, пом. 39, 45, 49, 50.
(адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	М-МВИ-214 ФР.1.31.2011.11224	Промышленные выбросы	-	-	Азота оксид	
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-350XL»					(27 – 2680) мг/м ³ (20 – 2000) млн ⁻¹
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-340»					(27 – 2680) мг/м ³ (20 – 2000) млн ⁻¹
2	М-МВИ-214 ФР.1.31.2011.11224				Углерода оксид	
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-350XL»					(20 – 625) мг/м ³
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-340»					(20 – 625) мг/м ³

1	2	3	4	5	6	7
3	М-МВИ-214 ФР.1.31.2011.11224	Промышленные выбросы	-	-	Азота диоксид	
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-350XL»					(41 – 4100) мг/м ³
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-340»					(41 – 4100) мг/м ³
4	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-340»				Серы диоксид	(25 – 14300) мг/м ³
5	М-МВИ-214 ФР.1.31.2011.11224				Кислород	
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-350XL»					(0,8 - 25,0) %
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-340»					(0,8 - 25,0) %
6	ГОСТ 17.2.4.06				Линейные размеры газоходов	(0,01 – 10,0) м
7	ГОСТ 17.2.4.06				Объёмный расход газопылевых потоков	(0,01 – 1000) м ³ /с
8	М-25 ФР.1.31.2017.25719				Зола углей (пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂ взвешенные частицы) *	(1,5 – 50000), мг/м ³
	ГОСТ 33007				Зола углей (пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂ взвешенные частицы)	(10 – 15000), мг/м ³
	ПНД Ф 12.1.2					(10 – 15000), мг/м ³
9	РД 34.02.305				Массовый выброс: углерода оксида азота оксида азота диоксида серы диоксида	
	М-МВИ-214 ФР.1.31.2011.11224					(0,00001-625) г/с
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-350XL»					(0,00001-2680) г/с
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-340»					(0,00001-3075) г/с (0,00001-14300) г/с
10	СО 34.27.301, п.3.1				Массовый расход золы углей (пыли неорганической: 70-20% SiO ₂ , взвешенных частиц)	
	РД 34.02.305					(0,00001-50000) г/с

1	2	3	4	5	6	7			
11	СО 34.27.301, п.7	Промышленные выбросы	-	-	Степень очистки газоочистных установок	(1 – 99,99)%			
12	РД 34.02.305				Присосы газов на участке газоочистных установок	(1 – 50)%			
	СО 34.27.301, п.3.3				Коэффициент избытка воздуха	(1,00 – 9,99) ед.			
13	СО 34.27.301, п.3.3								
	РД 34.02.305								
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo–340»								
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo–350XL»				Время	(0,02-3600) с			
	Инструкция по эксплуатации секундомера механического «СОС пр.-2Б-2-010»								
15	ГОСТ 17.2.4.07							Температура газопылевых потоков	(10 - 250) °С
	РД 34.11.307								
	Инструкция по эксплуатации анализатора пыли «Gravimat SHC-502»								
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo–350XL»								
16	ГОСТ 17.2.4.08	Относительная влажность газопылевых потоков	(5 - 95) %						
	М-МВИ-214								
	ФР.1.31.2011.11224								
17	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo–350XL»	Давление (разрежение) газопылевых потоков	(-200 - +200) гПа						
	ГОСТ 17.2.4.07								
	М-МВИ-214								
	ФР.1.31.2011.11224								
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo–350XL»								
	Инструкция по эксплуатации анализатора пыли «Gravimat SHC-502»								
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo–340»								

1	2	3	4	5	6	7
18	ГОСТ 17.2.4.06	Промышленные выбросы	-	-	Скорость газопылевых потоков	(4 - 40) м/с
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-350XL»					
	Инструкция по эксплуатации анализатора пыли «Gravimat SHC-502»					
19	М-МВИ-214 ФР.1.31.2011.11224				Дифференциальное давление газопылевых потоков	(- 200 - +200) гПа
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-350XL»					
	Инструкция по эксплуатации анализатора пыли «Gravimat SHC-502».					
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-340»					
20	ГОСТ 33007				Отбор проб	
	ПНД Ф 12.1.2					
	СО 34.27.301					
	М-25 ФР.1.31.2017.25719					
	Инструкция по эксплуатации анализатора пыли «Gravimat SHC-502»					
	Инструкция по эксплуатации автоматического пробоотборника воздуха ОП-442Т					
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-340»					
	Инструкция по эксплуатации газоанализатора «Testo-350XL»					

Заместитель исполнительного директора АО «СиБИАЦ»
По Новосибирскому филиалу

должность уполномоченного лица



В.Е. Князев

инициалы, фамилия уполномоченного лица