



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ «02» сентября 2010 г.
№ АЭ-288/10

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер заявки на аккредитацию лаборатории филиала «Дзубгинская ТЭС» Акционерное общество «Интер РАО-Электрогенерация»
в реестре аккредитованных лиц
РА. RU. 210315
наименование испытательной лаборатории (центра)
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Дефановка, ул. Дефановские поляны, 11
адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	Руководство по эксплуатации МАРК 903, ВР48.00.000 РЭ	Природная, сточная вода	-	-	pH	(1,0 - 12,0) ед. pH
2	Руководство по эксплуатации МАРК 303Т, ВР47.00.000 РЭ		-	-	Температура	(0 - 70,0) °C
3	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98		-	-	Растворенный кислород	(0 - 10) мг/дм ³
4	ПНД Ф 14.1.2.3.110-97	Природная, сточная, очищенная сточная вода	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,005 - 50) мг/дм ³
5	ПНД Ф 14.1.2.3.1-95		-	-	Взвешенные вещества	(3-5000) мг/ дм ³
6	ПНД Ф 14.1.2.4.50-96		-	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05 до 150) мг/дм ³
7	ПНД Ф 14.1.2.4.3- 95		-	-	Массовая концентрация железа	(0,05 – 10) мг/дм ³
8	ПНД Ф 14.1.2.4.4-95 (ФР.1.31.2013.16009)		-	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02- 3) мг/дм ³
9	ПНД Ф 14.1.2.3.100-97		-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-100,0) мг/ дм ³
10	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97 (ФР.1.31.2013.16023)		-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0 до 2000 мг/дм ³)
11	ПНД Ф 14.1.2.4.111-97 (ФР.1.31.2013.16021)		-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов/Фосфат	(0,05 - 80) мг/ дм ³
			-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов/Хлорид ионы	(10 - 10000) мг/дм ³

Директор филиала «Дзубгинская ТЭС»
АО «Интер РАО-Электрогенерация»

О.А. Савельев

Эксперт	А.Н. Салиева
---------	--------------

Технический эксперт	Н.Л. Зинкевич
---------------------	---------------