

ЭКЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
ЛИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№

от « _____ » _____ 2016 г.
на 1 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «172 центральный автомобильный ремонтный завод» (АО «172 ЦАРЗ»)
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

394042, Россия, г. Воронеж, ул. Димитрова, 83
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения геометрических величин				
1	Штангенциркули	(0...500) мм	ПГ ±0,05 мм	периодическая поверка
2	Штангенглубиномеры	(0...400) мм	ПГ ±0,05 мм	периодическая поверка
3	Микрометры	(0...250) мм	ПГ ±4 мкм	периодическая поверка
4	Микрометры рычажные	(0...75) мм	ПГ ±3 мкм	периодическая поверка
Измерения давления, вакуумные измерения				
5	Манометры показывающие технические	ВПИ (0,6...60,0) МПа ВПИ (0,4...60,0) МПа	КТ 1 и ниже КТ 1,5 и ниже	

Представитель АО «Спецремонт» -
управляющей организации АО «172 ЦАРЗ»



полномочного лица

полномочного лица

О.В. Коробчук

инициалы, фамилия полномочного лица