

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Санитарно-промышленная лаборатория ООО «Киришская сервисная компания»

наименование испытательной лаборатории (центра)

187110, РОССИЯ, Ленинградская область, г. Кириши, Волховское шоссе, дом 11, 1 этаж (Лит.А42)

адрес места осуществления деятельности

На соответствии требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта, устанавливающего общие требования к компетентности испытательных лабораторий

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	Вода сточная Вода поверхностная (природная)	-	-	Анионные поверхностно- активные вещества (АПВ)	0,01 – 10 мг/дм ³


1	2	3	4	5	6	7
2	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Вода сточная Вода природная	-	-	Взвешенные вещества	3,0-5000 мг/дм ³
3	ПНД Ф 14.1:2:3.4.121-97	Вода сточная Вода природная	-	-	Водородный показатель (рН)	1-14 ед. рН
4	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Вода сточная Вода поверхностная (природная)	-	-	Железо общее	0,05 – 10 мг/дм ³
5	ПНД Ф 14.1:2.189-02	Вода сточная Вода природная	-	-	Жиры	0,1-100 мг/дм ³
6	РД 52.24.496-2018 п.10	Вода сточная Вода природная	-	-	Запах	0 – 5 баллов
7	РД 52.24.496-2018 п.9.2.1				Прозрачность	1,0-30,0 см
8	РД 52.24.496-2018 п.9.1				Температура	0-50 °С
9	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Вода сточная Вода природная	-	-	Ионы аммония	0,05 – 4,0 мг/дм ³
10	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода сточная Вода природная	-	-	Кислород растворенный	1,0 – 15,0 мг/дм ³
11	ПНД Ф 14.1:2.61-96	Вода сточная Вода природная	-	-	Марганец	0,005 – 10 мг/дм ³
12	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96	Вода сточная Вода поверхностная (природная)	-	-	Медь	0,001 – 1,0 мг/дм ³
13	ПНД Ф 14.1:2.46-96	Вода сточная Вода природная	-	-	Никель	0,005 – 10 мг/дм ³
14	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Вода сточная Вода поверхностная (природная)	-	-	Нитрат-ионы	0,1 – 100 мг/дм ³
15	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода сточная Вода поверхностная (природная)	-	-	Нитрит-ионы	0,02 – 3 мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
16	ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000	Вода сточная Вода природная	-	-	Нефтепродукты	0,02 – 2 мг/дм ³
17	ПНД Ф 14.1:2.206-04	Вода сточная Вода природная	-	-	Общий азот	1,0 – 200 мг/дм ³
18	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97	Вода сточная Вода природная	-	-	Общий хлор	0,05 – 1000 мг/дм ³
19	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.14	Вода дистиллированная	-	-	рН воды	5,0 – 7,0 ед. рН
20	ГОСТ Р 58144-2018 п.8.15		-	-	Удельная электрическая проводимость	4,3 · 10 ⁻⁴ См/м
21	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Вода сточная Вода природная	-	-	Сероводород и сульфиды	2,0 – 4000,0 мкг/дм ³
22	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода сточная Вода природная	-	-	Сульфат-ионы	10 – 1000 мг/дм ³
23	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Вода сточная Вода поверхностная (природная)	-	-	Сухой остаток	50 – 25000 мг/дм ³
24	ПНД Ф 14.1:2.105-97	Вода сточная Вода природная	-	-	Фенолы летучие	2,0 – 30,0 мкг/дм ³
25	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Вода сточная Вода природная	-	-	Формальдегид	0,025 – 0,250 мг/дм ³
26	ПНД Ф 14.1:2.106-97	Вода сточная Вода природная	-	-	Фосфор общий	0,04 – 0,40 мг/дм ³
27	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода сточная Вода поверхностная (природная)	-	-	Фосфат-ионы	0,05 – 80 мг/дм ³
28	ГОСТ 31859	Вода сточная Вода природная	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	10 – 200 мг О ₂ /дм ³

1	2	3	4	5	6	7
29	ПНД Ф 14.1.2:3.4.111-97	Вода сточная Вода поверхностная (природная)	-	-	Хлорид-ионы	5,0 – 25000 мг/дм³
30	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04	Вода сточная Вода природная	-	-	Цветность	1,0 – 500 градусы цветности
31	ПНД Ф 14.1.2.195-2003	Вода сточная Вода природная	-	-	Цинк	0,005 – 5 мг/дм³
32	ГОСТ 31861	Вода сточная Природная вода	-	-	Отбор проб	-
33	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	-	-	Отбор проб	-

Генеральный директор
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица



Азизов Сергей Ашрафович
инициалы, фамилия уполномоченного лица