



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «30» декабря 2020 г.
№ 4а-387

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

Ra. Ru. 210B63

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Отдел валидации Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория БиоСтатус»
наименование испытательной лаборатории (центра)

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Заводоуправление, ул. Альпинистов, д. 57, литер III, офис 8
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение G	Боксы микробиологической безопасности I, II, III классов	28.25.14.119 32.50	-	Скорость воздушного потока Расход воздуха	0,1 – 20 м/с -
2	ГОСТ 12.3.018-79	Системы вентиляционные	29.32.30.260	-	Скорость потока Объемный расход	0,1 – 20 м/с -
3.	ГОСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение H	Боксы микробиологической безопасности I, II, III классов	28.25.14.119 32.50	-	Однородность скорости воздушного потока (отклонение от среднего значения скорости) Направление воздушного потока	от -20 до +20 % -
4.	ГОСТ Р ЕН 12469-2010 Приложение D	Боксы микробиологической безопасности I, II, III классов	28.25.14.119 32.50	-	Целостность установленных НЕРА фильтров для выявления проскока (утечки) Концентрация аэрозольных частиц	10 ⁻⁸ - 10 ² % 10 – 3,5 · 10 ⁶ дм ⁻³