


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
подпись _____ инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____

от " ____ " _____ 2019 г.
на 1 листе, лист 1

15 08 19

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Радужный (УП «РТС» города Радужный)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

628462, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, промзона, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, д. 22, корп 3.
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Счетчики холодной, горячей, холодной и горячей (универсальные) воды	(0,02...0,06) м ³ /ч (0,06...3) м ³ /ч Ду (10...20) мм	ПГ ±5 % ПГ ±2 %	

Директор
УП «РТС» города Радужный

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица


А.М. Клак

фамилия, инициалы
уполномоченного лица



Эксперт по аттестации:

Технический эксперт



Виснов



