


3 КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Надзорщик Зубовых Александр
 Руководитель (заместитель руководителя)
 Федеральной службы по аккредитации
 ИБЕДЕВА А. В.



Приложение к аттестату аккредитации

2016 г.

на 5 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Лаборатория промышленной санитарии и сточных вод
Филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
 наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
674520, Забайкальский край, Оловянининский район, г. Ясногорск
 адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определений	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПНД Ф 14.1.2:4.50-96	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная, сточная.	-	-	Массовая концентрация общего железа	(0,05 - 0,5) мг/дм ³	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ПНД Ф 14.1:2.1-95	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная, сточная.	-	-	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-1,0)мг/дм ³	-
3	ПНД Ф 14.1:2.4.100-97	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Химическое потребление кислорода	(4,0 -80,0)мг/дм ³	-
4	Руководство по эксплуатации кислородомера АНИОН 7040	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Растворенный кислород	(0,5-200) мгО ₂ /дм ³	
5	ПНД Ф 14.1:2.3:4.179-2002	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная, сточная.	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов	(0,1 – 5,0) мг/дм ³	-
6	Руководство по эксплуатации Марк 603/1	Вода дистиллированная	-	-	Удельная электрическая проводимость	(0-2000) мкСм/см	-
7	ПНД Ф 14.1:2.4:4-95	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	(0,1-3,0) мг/дм ³	-
8	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная,	-	-	Водородный показатель (рН) (потенциометриче ский метод)	(1-14) единиц рН	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	сточная					
9	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02 – 0,025) мг/дм ³ (0,025-0,25) мг/дм ³	-
10	ПНД Ф 14.1:2.110-97	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-50,0) мг/дм ³ (30,0-100,0) мг/дм ³	-
11	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная	-	-	Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм ³	-
12	ПНД Ф 14.1:2:4.48-96	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация ионов меди	(0,001-0,005) мг/дм ³ (0,005-0,01) мг/дм ³	-
13	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация нитрит-ионов	(0,02-0,1) мг/дм ³	-
14	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Мутность	(0,1-5) мг/дм ³	-

1	2	3	4	5	6	7	8
15	ПНД Ф 14.1:2.159-2000	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	(10-1000) мг/дм ³	-
16	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	(10-100) мг/дм ³	-
17	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация кремнекислоты	(1-5) мг/дм ³ (5-16) мг/дм ³	-
18	ПНД Ф 14.1:2.4.112-97	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-0,5) мг/дм ³ (0,5-5,0) мг/дм ³	- -
19	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ	(0,01-0,1) мг/дм ³ (0,1-0,5) мг/дм ³	-
20	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	(50-500) мг/дм ³ (500-1000) мг/дм ³	-
21	ПНД Ф 14.1:2.95-97	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Массовая концентрация кальция	(1,0-2,0) мг/дм ³ (2,0-10,0) мг/дм ³	-

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ПНД Ф 14.1:2.98-97	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная	-	-	Общая жесткость	(0,1-1,0) мг/дм ³ (1,0-8,0) мг/дм ³	-
23	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99	Вода природная поверхностная, подземная, очищенная сточная.	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,25-2,0) мг/дм ³ (2,0-100) мг/дм ³	-

Главный инженер филиала «Харанорская
ГРЭС» АО «Интер РАО –
Электрогенерация»



Ю.А. Беломестнов

Н.Б. Руденко

Начальник химического цеха филиала
«Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО –
Электрогенерация»