25 ОКТ 2019

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
от «25» октября 2019 г.
№ Аа-499/

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.312801

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
(ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

192012, г. Санкт-Петербург, Мурзинка, ул. Прогонная д. 10, литера ДУ

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		Диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Преобразователи расхода, расходомеры и счетчики массового расхода жидкости	(0,006—600) т/ч	ПГ ± (0,1—5,0) %	
2	Преобразователи расхода, расходомеры-счетчики жидкости объемные	(0,006—600) $м^3$/ч	ПГ ± (0,2—5,0) %	
3	Счетчики воды объемные	(0,006—600) $м^3$/ч	ПГ ± (2—5,0) %	
4	Расходомеры-счетчики электромагнитные «SITRANS F M MAGFLO» и «MAGFLO» (беспроливная поверка)	(0—113000) $м^3$/ч	ПГ ± 2,5 %	
5	Уровнемеры ультразвуковые, радарные	(0—10) м	ПГ ± (3—10) мм	
Измерения давления, вакуумные измерения				
6	Калибраторы, манометры цифровые, преобразователи давления	(0—60) МПа	КТ (0,1—2,5)	
7	Манометры деформационные	(0—60) МПа	КТ (0,1—4,0)	
8	Вакуумметры деформационные, калибраторы, манометры цифровые, преобразователи давления	(-0,1—0) МПа	КТ (0,4—4,0)	

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		Диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
9	Газоанализаторы и сигнализаторы: контроля выбросов транспортных средств, взрывоопасных концентраций горючих газов $CH4, C_3H_8, C_6H_{14}$ CO, CO_2; промышленных выбросов H_2, H2S, NH3, O2, SO2, CL_2	(0—100) % об. доли (0—100) % НКПР	ПГ ± (1—25) % ПГ ± (2—10) % НКПР	
10	Газоанализаторы и сигнализаторы для определения соединений в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах, атмосферном воздухе и технологических средах $CH4, C_3H_8, C_6H_{14}$ CO, CO_2; H_2, H2S, NH3, O2, SO2, CL_2	(0—100) % об. доли (0—100) % НКПР	ПГ ± (1—25) % ПГ ± (2—10) % НКПР	

Заместитель генерального директора-
директор по развитию
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — А.В. Саблин

должность уполномоченного лица — *подпись уполномоченного лица* — *инициалы, фамилия уполномоченного лица*

Эксперт по аккредитации Д.А. Денисов

Технические эксперты В.В. Пружина

Н.Б. Комарова

В.В. Гузий

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

2 листа (ов)