




ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Аналитического центра валидации и аттестации Общества с ограниченной ответственностью «ЛАБПРОВЕРКА»
 454087, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ярославская, дом 1, офис 229.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений (в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб))	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определений	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СП 1.3.3118-13 Приложение 9, п.10.2.1	Боксы микробиологической безопасности I класса	94 4370 94 5240	-	Средняя скорость входящего потока	(0,1 - 20) м/с	СП 1.3.3118-13; Проектно-конструкторская документация на продукцию в соответствии с кодом ОКП.
2	СП 1.3.3118-13 Приложение 9, п.10.2.2	Боксы микробиологической безопасности II класса			Средняя скорость нисходящего потока	(0,1 - 20) м/с	
					Однородность нисходящего потока	От -20 до +20 %	
3	СП 1.3.3118-13 Приложение 9, п.10.2.3				Средняя скорость входящего потока	(0,1 - 20) м/с	

Приложение к аттестату аккредитации
 № 2
 от « » 2016 г.
 на 2 листах, лист 1


Приложение к аттестату аккредитации

№ 2
от « » 2016 г.
на 2 листах, лист 2

1	2	3	4	5	6	7	8
4	СП 1.3.3118-13 Приложение 9, п.10.2.4	Боксы микро-биологической безопасности III класса			Средняя скорость входящего потока через перчаточный порт	(0,1 - 20) м/с	
5	СП 1.3.3118-13 Приложение 9, п.10.2.5.1, п.10.2.5.2	Боксы микро-биологической безопасности I, II, III классов			Удельный расход входящего потока воздуха	(0,01 - 5) м³/с	
					Защитная эффективность фильтра	Соответствует – Не соответствует	
6	Руководство пользователя Testo 460	Вентиляционные системы	48 6000	-	Скорость вращения	100 - 30000 об/мин	Проектно-конструкторская документация на продукцию в соответствии с кодом ОКП.

С.В. Лосев

Директор ООО «Лабпроверка»



И.Н. Ходаков

Начальник АЦ