




Руководитель (заместитель руководителя)

М. П.

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение

к аттестату аккредитации

№ _____

от «__» _____ 20__ г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания КРУС-Запад»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, ул. 50-летия Октября, д.15, корп. 1, пом. 64

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Теплофизические и температурные измерения				
1	Преобразователи температуры измерительные, термопреобразователи сопротивления	((-100) – 450) °C ((-200) – 850) °C	КД А КД В, С	
2	Датчики температуры	((-80) – 600) °C	ПГ ± (0,15 – 5,0) °C	
Измерения электротехнических и магнитных величин				
3	Контроллеры, устройства управления и сбора данных, модули аналоговые, преобразователи измерительные	(0 – 6,3) А ((-200) – 850) °C (0 – 750) В (0 – 1) кОм	ПГ ± (0,1 – 5,0) % ПГ ± 0,5 %, ПГ ± (0,7 – 5,0) °C ПГ ± (0,1 – 5,0) % ПГ ± (0,1 – 5,0) %	
4	Устройства измерения параметров нагрузки, измерители мощности, счетчики электрической энергии кроме бытовых электросчетчиков	(20 – 360) В (45 – 75) Гц (0,0003 – 7,5) А (0,138 – 1610) Вт	ПГ ± 0,5 % ПГ ± 0,1 Гц ПГ ± 0,5 % ПГ ± (1,0 – 2,5) %	
Измерительные информационные, управляющие и multifunctional системы				
5	Системы измерительные информационные управляющие multifunctional со следующими измерительными каналами:			




на 2 листах, лист 2				
	силы тока напряжения электрического сопротивления частоты температуры	(0 – 100) А (0 – 750) В (0 – 100) МОм 0,1 Гц – 2 МГц (-80) – 600) °С	ПГ ± (0,05 – 5,0) % ПГ ± (0,05 – 5,0) % ПГ ± (0,1 – 5,0) % ПГ ± (0,02 – 5,0) % ПГ ± (0,05 – 5,0) °С	

Главный инженер
должность уполномоченного лица




Е.В.Егоров
инициалы, фамилия уполномоченного лица



Эксперт по аккредитации

Технический эксперт


Технический эксперт



А.В. Азибаева

А.Д. Федосюк

А.Р. Тухватуллин



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
Р.В.В.
лист (ов)