

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

Приложение к аттестату аккредитации
№ РОСС.RU.0001.21PC57

на 2 листах, лист 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Некоммерческой организации "Фонд санитарно-эпидемиологического благополучия Красноярского края"

г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 20ж, помещения № 7, 8, 9, 10

г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 160и, помещение 7, комната 11

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ГН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатели)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Газоанализатор «ЭЛАН» Руководство по эксплуатации.	Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений Атмосферный воздух	-	-	Озон	(0,02-1) мг/м ³	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.1338-03 Р 2.2.2006-05, прил. № 9

1	2	3	4	5	6	7	8
г. Красноярск, пр. им.газ. Красноярский рабочий, 160 И, помещение 7, к. 11							
2	ГОСТ Р ИСО 9612-2013	Производственная (рабочая) среда	-	-	Шум: - уровень звука - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука - уровни звукового давления в октавных полосах частот	(20-140) дБ	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н СН 2.2.4/2.1.8.562 -96 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2.1332-03 СанПиН 2.2.2.540-96 СанПиН 2.5.2.703-98 СанПиН 2.6.1.1192-03 МСанПиН 001-96 ГОСТ 12.1.003-2014
3	ГОСТ 31319-2006	Производственная (рабочая) среда; здания жилого, общественного и производственного назначения	-	-	Вибрация общая, локальная Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный)	(70-170) дБ	Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н СН 2.2.4./2.1.8.566-96 СП 4616-88; СП 4282-87 СанПиН 2.2.2.540-96 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.2.2645-10
4	ГОСТ 31191.1-2004						
5	ГОСТ 31191.2-2004						
6	ГОСТ 31192.2-2005						
7	ГОСТ 12.1.047-85						
8	ГОСТ 12.4.095-80						
9	ГОСТ Р 55855-2013						
10	МУ 2957-84						
11	МУ 3911-85						



Исполнительный директор

(Handwritten signature)

А.М. Васильовский