



руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А. Г.

подпись

инициалы, фамилия

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Приложение  
к аттестату аккредитации

№ RA.RU.311557

от " " 20 г.

на 1 листе, лист 1

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края  
«Специальное предприятие гражданской обороны «Защита»

(ГУП КК «СПГО «Защита»)

наименование юридического лица

352300, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск

ул. Заполотняная, 3

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

ГСЖ

шифр поверительного клейма


№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений.	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	Приборы для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы гамма излучения	$(1,23 \cdot 10^2 - 4,96 \cdot 10^6)$ мкР/ч	ПГ ± 30%	
		$(1,29 - 5,24 \cdot 10^4)$ мкЗв/ч	ПГ ± 30%	

Директор ГУП КК «СПГО «Защита»



Д.А. Коваленко

Эксперт по аккредитации

  
\_\_\_\_\_ подпись

Л.В. Алентьев  
инициалы, фамилия

Технический эксперт

  
\_\_\_\_\_ подпись

В.В. Алейкин  
инициалы, фамилия

