



ПРИКАЗ
от « 8 » декабря 20 19 г.
№ АА-523

на 2 листах, лист 1

Уникальный номер записи об аккредитации **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**
в реестре аккредитованных лиц

уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя
620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, 15 км автодороги Екатеринбург-Тюмень, д. б/н
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверочного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Комплексы измерительные микропроцессорные	(0...999999) м ³ /ч (0...30) МПа (0,63...250) кПа ([-20]...50) °С	ПГ ±0,5 % ПГ ±0,1 % ПГ ±0,1% ПГ ±0,3 °С	давление перепад давления
Измерения давления, вакуумные измерения				
2	Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные	(0...600) кгс/см ² (0...60) МПа	ПГ ±(0,1...4,0) %	
Теплофизические и температурные измерения				
3	Термометры показывающие (манометрические, биметаллические и аналогичные)	([-30]...150) °С (243...423) К	ПГ ±(1...4) %	
4	Термопреобразователи сопротивления	([-200]...850) °С (73...1123) К	КД А, В, С	
5	Тепловычислители, тепло-энергоконтроллеры, преобразователи расчетно-измерительные	(1·10 ⁻⁴ ...1·10 ⁷) ГДж (0...99999,9) м ³ /ч ([-50]...400) °С (0...60) МПа (0...250) кПа	ПГ ±(0,15...3) % ПГ ±(0,1...3) % ПГ ±0,1 °С ПГ ±0,1 % ПГ ±0,1 %	давление перепад давления

1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1	2	3	4	5
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
6	Сигнализаторы горючих газов в воздухе	(0...50) % НКПР (0...2,5) % об.д.	ПГ ±5 % НКПР ПГ ±0,25 % об.д.	CH ₄
7	Газоанализаторы непрерывного определения метана	(0...50) % НКПР (0...2,5) % об.д.	ПГ ±5 % НКПР ПГ ±0,20 % об.д.	CH ₄

Главный инженер-первый заместитель
генерального директора



полномоченного
лица

подпись уполномоченного
лица

С.В. Трапезников
инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Handwritten mark

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью _____ (2) лист 2

Large handwritten signature

Руководитель экспертной группы:

Член экспертной группы:

Handwritten signature
_____ подпись
Handwritten signature
_____ подпись

В.Н. Бацаров
расшифровка подписи
Л.В. Юров
расшифровка подписи