


Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Восток»

наименование испытательной лаборатории (центра)

422981, Россия, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 129И

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 10733 п. 6.20.1 ГОСТ Р 52931 п.8.3, п. 8.13	Часы всех видов.	26.52	-	Испытание на воздействие повышенной температурной среды.	от 0 до +165±2°C
2	ГОСТ Р 52931 п.8.3, п. 8.13 ГОСТ 10733 п. 6.20.1	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов.	26.51.52	-	Испытание на воздействие пониженной температурной среды.	от минус 70±2 до 0 °C
3	ГОСТ Р 52931 п.8.4, п. 8.14 ГОСТ 10733 п. 6.20.2	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии.	26.51.63	-	Испытание на воздействие повышенной влажности.	от +20 до +60 98±2%

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ Р 52931 п. 8.16.1 ГОСТ 10733 п. 6.6	Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические.	26.51.65	-	Испытание на воздействие изменения температурной среды.	от минус 70 °С до +155 °С
5	ГОСТ Р 52931 п. 8.5				Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления.	от минус 65 °С до +165 °С до 133,32 Па (1 мм.рт.ст.)
6	ГОСТ Р 52931 п. 8.16				Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании.	до минус 65 °С до 133,32 Па (1 мм.рт.ст.)
7	ГОСТ Р 52931 п. 8.12				Испытание на герметичность.	вода до 50 МПа воздух до 0.7 МПа
8	ГОСТ 29330 п.6.2.2, п.6.2.6				Испытание на водонепроницаемость.	вода до 3.5 МПа вода до 50 МПа
9	ГОСТ 10733 п. 6.13				Испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя).	интенсивность дождя 5±2 мм/мин
10	ГОСТ Р 52931 п. 8.6				Испытание на воздействие вибрации.	от 5 Гц до 3500 Гц амплитуда смещения от 0.5 до 12.5мм
11	ГОСТ Р 52931 п.8.6.12, п.8.15				Испытание на воздействие механических ударов.	до 150g 100 уд/мин
12	ГОСТ Р 52931 п. 8.15.4 ГОСТ 29153				Испытание на прочность при падении.	выдержал / не выдержал
13	ГОСТ Р 52931 п. 8.15				Испытание на воздействие механических факторов в условиях транспортирования.	до 150g 100 уд/мин

1	2	3	4	5	6	7
14	ГОСТ Р 52931 п. 8.10				Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции электрических цепей изделий.	от 0 до 6 кВ
15	ГОСТ 10733 п. 6.12				Резерв энергетической автономности часов от автоподзавода.	от 0 до 28 часов

Генеральный директор ООО «НТЦ «Восток»

должность уполномоченного лица



подпись уполномоченного лица

А.Н. Доронин

инициалы, фамилия уполномоченного лица