

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Движение»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

394036, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Центральный район,
ул. Сакко и Ванцетти, дом 69, офис 39;

396840, Российская Федерация, Воронежская обл., Хохольский муниципальный район,
Хохольское городское поселение, рабочий поселок Хохольский, улица Дорожная, зем. уч. 3В.
адреса мест осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
394036, Российская Федерация, Воронежская обл., г. Воронеж, Центральный район, ул. Сакко и Ванцетти, дом 69, офис 39;				
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
1	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические – геометрический метод	(100 – 3000) м ³ (3000 – 5000) м ³ (5000 – 100000) м ³	ПГ ±0,20 % ПГ ±0,15 % ПГ ±0,10 %	
	– объемный метод	(10 – 700) м ³	ПГ ±0,2 %	
2	Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические – геометрический метод	(10 – 200) м ³	ПГ ±(0,2 – 0,25) %	
	– объемный метод	(3 – 200) м ³	ПГ ±0,25 %	
396840, Российская Федерация, Воронежская обл., Хохольский муниципальный район, Хохольское городское поселение, рабочий поселок Хохольский, улица Дорожная, зем. уч. 3В				
Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ				
4	Автоцистерны, прицепы-цистерны, полуприцепы-цистерны	(1 – 50) м ³	ПГ ±0,4 %	

Директор ООО «ТК Движение»

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

А.Ю. Потапов

инициалы, фамилия уполномоченного лица

Эксперт по аккредитации _____ Помыкалкин А.А.

Технический эксперт _____ Галимарданов Р.М.