


Руководитель (Заместитель руководителя)

М.П.

Федеральной службы по аккредитации

2019 АПР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



[Handwritten signature]

Приложение 15 АПР 2019
к аттестату аккредитации

№ _____

от « _____ » _____ 20 _____ г.

на 1 листе, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Акционерное общество «Транснефть-Диаскан»
(АО «Транснефть-Диаскан»)

(наименование юридического лица)

140501, Российская Федерация, Московская обл., г. Луховицы, ул. Куйбышева, д. 7

(адрес места осуществления деятельности)

Поверка средств измерений

(шифр поверительного клейма)

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН				
1	Дефектоскопы: - координат дефекта (вдоль оси трубы) -толщины стенки трубопровода УЗК методом	(250 – 24500) мм (4 – 30) мм	ПГ ±0,5 % ПГ ±0,3 мм	

Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер
АО «Транснефть-Диаскан»

С.Н. Зубин



[Handwritten signature]

Эксперт по аккредитации




А.С. Иванова

Технический эксперт



А.В. Ярыгин



Белая