


ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



от « 19 » февраля 20 15 г.
На 2 листах, лист 1.

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Лаборатория радиационного контроля ООО «Стандарт-Тест»
наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица
392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 22, г. Тамбов, ул. Гоголя, дом №12, №2.
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 22							
1	ГОСТ ИЕС 60601-2-45-2014	Аппараты и комплексы медицинского назначения маммографические, в том числе устройства маммографические для стереотаксиса	94 4220 94 5230	9022140000 9022190000	Анодное напряжение Длительность экспозиции Анодный ток Поглощенная доза Мощность поглощенной дозы Количество электричества	(22÷40) кВ (0,05 ÷ 360) с (10 ⁻³ ÷ 1000) мА (10 ⁻⁸ ÷ 10 ⁴) Гр (10 ⁻⁵ ÷ 100) мГр/с (0.001 ÷ 1000) мАс	ГОСТ ИЕС 60601-2-45-2011 Техническая документация на объект контроля.

1	2	3	4	5	6	7	8
					Совпадение оптического (светового) и выходного рентгеновского полей излучения	(0 ÷ 250) мм	
392002, г. Тамбов, ул. Гоголя, дом №12, №2.							
2	ГОСТ 12.3.018-79	Вентиляционные системы.			Скорость движения воздуха	(0÷20) м/с	СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2. 1.2.2645-10 ГОСТ 30494-2011 Техническая и проектная документация на объект контроля.
3	МУ 4425-87	Системы вентиляции производственных помещений.			Объемный расход воздуха Атмосферное давление воздуха	(0,001÷200) м ³ /ч (80÷106) кПа	Техническая и проектная документация на объект контроля.
4	ГОСТ 30494-2011	Помещения жилых и общественных зданий.			Скорость движения воздуха Кратность воздухообмена	(0÷20) м/с (0÷200) количество смен воздуха в объеме помещения	Техническая и проектная документация на объект контроля.
5	ГОСТ 12.1.005-88	Рабочие места.			Скорость движения воздуха Температура	(0÷20) м/с (-20 ÷ +70) °С	ГОСТ 30494-2011 СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2. 1.2.2645-10 СанПиН 2.1.3.2630 - 10 Техническая и проектная документация на объект контроля.
					Температура	(-20 ÷ +70) °С	СанПиН 2.2.4.548-96 Техническая и проектная документация на объект контроля.

Генеральный директор

В.В. Федоров

