



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от « 5 » *июля* 20*20* г.

№ *Ас 82*

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

*РА.РУ-312848*

Р О С А К Р Е Д И Т А Ц И Я

на 2 листах, лист 1

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Хай-Тандем» (ООО «Хай-Тандем»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество, (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя


426006, Россия, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Телегина, д. 30, помещение 158

адрес места осуществления деятельности

Проверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группы) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
<b>ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЯДЕРНЫХ КОНСТАНТ</b>				
1	Средства измерений амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	$(1,09 \cdot 10^{-3} - 2,48 \cdot 10^2)$ мЗв $(1,09 - 1,48 \cdot 10^3)$ мкЗв/ч	ПГ $\pm(10 - 35) \%$ ПГ $\pm(10 - 35) \%$	
2	Средства измерений экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения	$(0,1 - 2,3 \cdot 10^4)$ мР $(0,1 - 140,66)$ мР/ч	ПГ $\pm(8 - 35) \%$ ПГ $\pm(8 - 35) \%$	
3	Средства измерений активности радионуклидов, альфа-радиометры	$(25,8 - 23900)$ Бк	ПГ $\pm(10 - 25) \%$	
4	Средства измерений активности радионуклидов, бета-радиометры	$(212 - 3,62 \cdot 10^5)$ Бк	ПГ $\pm(10 - 25) \%$	
5	Радиометры загрязненности поверхности альфа-активными веществами	$(79,8 - 1,14 \cdot 10^4)$ част·с <sup>-1</sup> ·см <sup>-2</sup>	ПГ $\pm(10 - 25) \%$	



6	Радиометры загрязненности поверхности бета- активными веществами	$(79,6 \cdot 10^{-1} - 1,0 \cdot 10^3)$ част·с <sup>-1</sup> ·см <sup>-2</sup>	ПГ ±(10 – 25) %	
---	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--

Директор ООО «Хай-Тандем»

должность уполномоченного лица



*Ф.А. Хайдаров*  
подпись уполномоченного лица

Ф.А. Хайдаров

инициалы, фамилия  
уполномоченного лица

Эксперт по аккредитации



Е.Ю. Франко



Технический эксперт



В.В. Алейкин

В данном документе  
прошито и пронумеровано

2 (184) листов(а)



Белоз