

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
СТ «28» сентября 2020 г.
№ Аг-302



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА-РЧ.210321

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Центр экологических исследований Общества с ограниченной ответственностью «АналитЭкспертСервис»
наименование испытательной лаборатории (центра)

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Большевикская 13а, оф.318
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 17.2.4.06-90	Газопыльцевые потоки, промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Скорость газопыльцевых потоков или газов Объемный расход газопыльцевых потоков или газов (расчетный показатель) Площадь измерительного сечения (расчетный показатель) Давление (разряжение) газопыльцевых потоков или газов	(4-60) м/с - -
2	ГОСТ 17.2.4.07-90		-	-	Температура газопыльцевых потоков или газов	(6-2000) Па (0,6-200) мм. вод. ст
3	ГОСТ 17.2.4.08-90		-	-	Влажность газопыльцевых потоков или газов	(от минус 40 до 800) °C (4,84-598) г/м³