



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ
ОТ «10» *августа* 20 *20* г.
№ *10* - *202*

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.210A50

Область аккредитации

на 1 листе, лист 1

Обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Втормет-РК» в г. Кемерово
«Лаборатория радиационного контроля»
наименование испытательной лаборатории (центра)

650010, Россия, область Кемеровская, город Кемерово, улица Кооперативная, дом 9, помещение № 20
адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	МУК 2.6.1.1087-02 МУК 2.6.1.2152-06	Отходы производства и потребления (лом черных и цветных металлов)	-	-	Плотность потока альфа-частиц	$(0,1 - 10^5)$ частиц/мин*см ²
					Плотность потока бета-частиц	$(1 - 5 \cdot 10^5)$ частиц/мин*см ²
					Мощность дозы нейтронного излучения	(0,1 - 10000) мкЗв/ч
					Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения	$(0,05 - 1 \cdot 10^7)$ мкЗв/ч

Генеральный директор ООО «Втормет-РК»

В.Н. Чегодаев

Эксперт по аккредитации



Л.Е. Смирнова

Технический эксперт



С.А. Серебрякова

