


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Заместитель руководителя

Федеральной службы по аккредитации



А.Г. Литвак

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

29 MAR 2019

№

от " " 20 г.

на 3 листах, лист 1

Область аккредитации

Лаборатории производственно-экологического мониторинга

филиала Общества с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» «Инженерно-технический центр»


(филиал ООО «Газпром ПХГ» «ИТЦ»)

410086, Российская Федерация, Саратовская обл., городской округ город Саратов, г. Саратов, Сокурский тракт, зд. 121, каб. 3, 8, 7а

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ФР.1.31.2011.11224 (М-МВИ-214-08)	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Углерода оксид	(100 - 12500) мг/м ³
					Азота диоксид	(160 - 1030) мг/м ³
					Азота оксид	(60 - 4000) мг/м ³
					Кислород	(0,8 - 25) об. %

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ 17.2.4.07	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Температура газового потока	от минус 40 °С до 1000 °С
3	Руководство по эксплуатации газоанализатора ДАГ-500 ГА 500.100 РЭ	Атмосферный воздух			Азота диоксид	(3 – 100) млн ⁻¹
					Азота оксид	(40 – 2000) млн ⁻¹
					Углерода оксид	(60 – 6000) млн ⁻¹
					Кислород	(0,2 – 20,9) об. %
					Температура газового потока	от минус 20 °С до 800 °С
4	ФР 1.31.2009.06144 Руководство по эксплуатации газоанализатора ГАНК-4 КПУ 413322002 РЭ	Селитебная территория. Жилые и общественные здания. Физические факторы. Шум	-	-	Углерода оксид	(1,8-10) мг/м ³
					Азота диоксид	(0,024-1,0) мг/м ³
					Азота оксид	(0,036-2,5) мг/м ³
					Метан	(30-3500) мг/м ³
					Серы диоксид	(0,030-5) мг/м ³
					Углеводороды алифатические предельные (C ₁ -C ₁₀)	(36-150) мг/м ³
5	ГОСТ 23337 Руководство по эксплуатации шумомера-виброметра, анализатора спектра «ЭКОФИЗИКА -110А» ПКДУ.411000.001.02 РЭ				Уровень звукового давления	(22 – 139) дБ
					Эквивалентный уровень звука	(22 – 139) дБ
					Максимальный уровень звука	(22 – 139) дБ

Пропито, пронумеровано
3 (три) листа



Протокол экспертной оценки Счет Н.Т. Суслова
Тематический эксперт Счет — А.С. Дорожкин

Поздняков А.В.

И.С. Дорожкин