


Руководитель (Заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Литвак А.Г.

инициалы, фамилия

Экземпляр
РОСАККРЕДИТАЦИИ



подпись

Приложение к аттестату аккредитации

№ _____

от « _____ » 20 _____ г.


на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ГеоГрадСтрой»
119331, Москва, пр-т Вернадского, д. 25, корп. 1

№ п/п	Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Показатели	Диапазон измерений	Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки	4	5	6	7	8
1	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки	57 0000 58 0000 07 9910 07 9920	2515 11 000- 2515 20 000, 2516 11 000- 2516 90 000, 2517 10 100- 2517 49 000, 3204 11 000- 3204	Физические факторы. Параметры электромагнитных полей с частотой 50 Гц. Напряженность магнитного поля	5,0мА/м – 5,0 кА/м	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 СанПиН 2.2.4.1191-03
2	ГОСТ 30108	Строительные материалы естественного и искусственного происхождения	57 0000 58 0000 07 9910 07 9920	2515 11 000- 2515 20 000, 2516 11 000- 2516 90 000, 2517 10 100- 2517 49 000, 3204 11 000- 3204	Удельная активность ЕРН (⁴⁰ K, ²²⁶ Ra, ²³² Th), ¹³⁷ Cs. Эффективная удельная активность природных радионуклидов (A _{эфф})	от 8 до 10 ⁴ Бк/кг	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)

1	2	3	4	5	6	7	8
3	МУ 2.6.1.2838-11	Жилые и общественные здания и помещения			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) Объемная активность Эквивалентная объемная активность радона	от 0,01 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч от 20 до $1 \cdot 10^5$ Бк/м ³ от 3 до 100000 Бк/м ³	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ - 99/2010)
4	МУ 2.6.1.2398-08 п.5, 6	Территория жилой застройки. Площадки под строительство.			Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) Гамма-съемка территории Плотность потока Rn-222 из грунта.	от 0,01 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч от 0,01 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч от 3 до $1 \cdot 10^5$ мБк/(см ²)	СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПиН 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ - 99/2010) СанПиН 2.6.1.2800-10
5	МУК 4.3.2194-07	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Физические факторы. Параметры шума Уровень звука Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	22 ... 139дБА (22 ... 139 дБ)	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПин 2.1.2.2645-10
6	ГОСТ 20444	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Физические факторы. Параметры шума Уровень звука Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5-8000 Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	22 ... 139дБА (22 ... 139 дБ)	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПин 2.1.2.2645-10

1	2	3	4	5	6	7	8
7	ГОСТ 22283	Жилые и общественные здания. Территория жилой застройки			Физические факторы. Параметры шума Уровень звука Уровни звукового давления в октавных полосах со среднестатистическими частотами 31,5-8000 Гц Эквивалентный уровень звука Максимальный уровень звука	22 ... 139 дБА (22 ... 139 дБ)	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 СанПин 2.1.2.2645-10
8	ГОСТ 31191.1	Жилые и общественные здания			Вибрация общая	60 - 166 дБ (Wk) отн. 10^{-6} м/с^2	СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ ИСО 8041-2006
9	МУК 2.6.1.1087-02 п.6.8 (с дополнением №1)	Лом и отходы черных и цветных металлов	078000 178000	7204,7404, 7503,7602, 7802 000 000, 7902 000 000, 8002 000 000.	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ)	от 0,01 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч.	СанПин 2.6.1.993-00 СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009)
10	ГОСТ 30108-94; Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма спектрометра с программным обеспечением «Прогресс», 2003 г.	Грунты, почвы, донные отложения. Почва земельных участков, площадки под строительство.			Удельная активность ЕРН (^{40}K , ^{226}Ra , ^{232}Th), ^{137}Cs . Эффективная удельная активность природных радионуклидов ($A_{\Sigma\text{фр}}$)	от 8 до 10^4 Бк/кг	СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009) СанПин 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ - 99/2010) СанПин 2.6.1.2800-10




Генеральный директор ООО «ГеоГрадСтрой»

С. А. Соколов

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 2 листов.

Генеральный директор ООО
«Ед. радСтрой»

Соколов С.А.



Эксперт по аккредитации

В.А. Агапиев

Технический эксперт, к.м.н.

А.В. Стерликов