



Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по аккредитации

М.П. ЛИТВАК А.Г.  
подпись инициалы, фамилия

20 СЕН 2018

Приложение  
к аттестату аккредитации

3 КСЕМПЛЯР

№ \_\_\_\_\_  
от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
на 1 листе, лист 1

ФСА АККРЕДИТАЦИЯ

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

**Акционерное общество «82 судоремонтный завод»**

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

**184635, г. Мурманск, жилрайон Росляково, проходная**

адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

№№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
<b>Измерения давления, вакуумные измерения</b>				
1.	Манометры, вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами	(-0,1 - 60) МПа	КТ 0,4	
2.	Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, показывающие и сигнализирующие	(-0,1 - 160) МПа	КТ (0,6 – 4,0)	






генеральный директор  
полномоченного лица

[Подпись]  
подпись полномоченного лица

Е.В. Новиков  
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Руководитель экспертной группы  
Эксперт по аккредитации

Ю.В. Зуйков

Технический эксперт

Н.В. Васецкая

Технический эксперт

О.В. Тудоровская

