


Э КЗЕМПЛЯР
РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Литвак А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение к аттестату аккредитации

14 08 18

от

« _____ »

20

г.

на

2

листах, лист

1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория «Качество электроэнергии» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»

(ИЛ «КЭ» ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

142300, Россия, Московская область, Чеховский район, город Чехов, шоссе Симферопольское, д. 2


адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 30804.4.7 п. 4	Электрическая энергии в электрических сетях систем электроснабжения переменного тока частотой 50/60 Гц	35.11.10.110	2716	Измерений гармоник тока и напряжения. Измерений интергармоник тока и напряжения. Измерений спектральных составляющих на частотах выше области частот гармоник до 9 кГц тока и напряжения.	от 0 до 100% Iном от 0 до 20% Uном
2	ГОСТ 30804.4.30 (IEC 61000-4-30:2008) п. 4	Электрическая энергии в электрических сетях систем электроснабжения переменного тока частотой 50/60 Гц			Ток Напряжение	от 3 до 6000 А от 5 до 1500 В

1	2	3	4	5	6	7
3	ГОСТ 33073 п. 6.2.2.1	Электрическая энергия в точках передачи/поставки пользователям электрических сетей систем электроснабжения общего назначения однофазного и трехфазного переменного тока частотой 50 Гц			Отклонений напряжения	-
	ГОСТ 33073 п. 6.2.2.2				Суммарного коэффициента, гармонических составляющих напряжения и коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности	от 0 до 200% $I_{ном}$ от 0 до 5 $U_{ном}$
	ГОСТ 33073 п. 6.2.2.3				Коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности	от 0 до 5%
	ГОСТ 33073 п. 6.2.2.4				Отклонения частоты напряжения	от 10 до 70 Гц
	ГОСТ 33073 п. 6.2.2.5				Кратковременной и длительной доз фликера	от 0,4 до 4

Руководитель ИЛ «КЭ» ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

М.П.



С.П. Рочев

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

2 (два) ЛИСТОВ

Подпись, М.П.

Управление
аккредитации

ОГРН 5117746026756

Эксперт по аккредитации:  Ларионова Г.Е.

Е.Б. НОВОСЕЛЬЦЕВА