ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

_____ Литвак А.Г.
подпись инициалы, фамилия

МП

Приложение
к аттестату аккредитации

№ _____

от _____

на 3 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»)
наименование юридического лица

640008, г. Курган, пр. Конституции,7
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

_____
шифр поверительного клейма

№ п/п	Наименование, (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерение геометрических величин				
1	Линейки измерительные металлические	(0 – 1000) мм	ПГ ± (0,1 – 0,2) мм	
2	Меры длины концевые плоско-параллельные	(0,5–100,0) мм	4 разряд	
3	Щупы	(0,02–1,00) мм	КТ 1	
4	Глубиномеры индикаторные	(0–100) мм	КТ 1	
5	Глубиномеры микрометрические	(0–150) мм	КТ 2	
6	Индикаторы рычажно-зубчатые	(0–0,8) мм	ПГ ± 0,015 мм	
7	Индикаторы часового типа	(0–10) мм	КТ 0	
8	Микрометры	(0–300) мм	КТ 1	
9	Микрометры рычажные	(0–100) мм	ПГ ± 0,003 мм	
10	Скобы с отсчетным устройством	(0–200) мм	ПГ ± (1,4 – 10)мкм	
11	Штангенциркули	(0–500) мм	КТ 1	
12	Штанген-глубиномеры	(0–250) мм	ПГ±0,05 мм	
13	Штангенрейсмассы	(0–400) мм	ПГ±0,05 мм	
14	Угломеры с нониусом	(0–360)°	ПГ±2'; 5'; 10'	
15	Нутромеры индикаторные	(10–100) мм	КТ 1	

Измерения механических величин				
1	**2**	**3**	**4**	**5**
16	Весы неавтоматического действия	(0,001 –3000) г (0,001 –3000) г (0,001–1600) кг	КТ Специальный, I КТ Высокий, II КТ Средний, III ПГ±(0,5–3,0) е	
Измерения давления, вакуумные измерения				
17	Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие	(0 – 600) КПа	КТ (0,5 – 4)	
18	Манометры, мановакуумметры, вакуумметры и приборы контроля давления показывающие	(минус 0,1 – плюс 60) МПа	КТ 1	
Измерение физико-химического состава и свойств веществ				
19	Газоанализаторы газосигнализаторы для определения компонентов в газовых средах: метан (CH_4), кислород (O_2), оксид углерода (CO)	CH_4: (0–50) %НКПР O_2: (0–21) % CO: (0-100) %	ПГ± 5 %НКПР ПГ± 2 % ПГО ±(0,1 – 25)%	
20	Преобразователи лабораторных и промышленных pH-метров и ионометров	pH (минус 20 – плюс 20) (минус 1999 - плюс 1999) мВ	ПГ ± (0,03–0,5) pH ПГ ± (0,06–50,00) мВ	
Теплофизические и температурные измерения				
21	Мосты уравновешенные автоматические, логометры	(минус 200 – плюс 350) °С	КТ 0,5	
22	Потенциометры автоматические, милливольтметры пирометрические	(минус 200 – плюс 1600)°С	КТ 0,5	
23	Термометры	(0–200)°С	ПГ±0,2°С	
Измерения электрических величин				
24	Вольтметры постоянного тока	(1×10^{-4}–1000)В	КТ 1	
25	Вольтметры переменного тока	(7,5–600) В	КТ 1	
26	Вольтметр цифровой постоянного тока	(0–1000) В	КТ 0,02	
27	Амперметры постоянного тока	(0,1—30,0) А	КТ 1	
28	Амперметры переменного тока	(0,1–50,0) А	КТ 1	
39	Измерители электрического сопротивления, омметры	(1×10^{-3}–10^{9}) Ом	КТ 1	

1	2	3	4	5
Оптические и оптико – физические измерения				
31	Фотоэлектроколориметры, фотометры фотоэлектрические	(0–100)%Т	ПГ±1%Т	
32	Спектрофотометры видимой области спектра для анализа состава жидкостей	(0–100)%Т (220–2500) нм	ПГ±1%Т ПГ±(0,1–5,0) нм	

Исполнительный директор
ОАО «Синтез»

Б.М. Жоров		
должность уполномоченного лица	подпись уполномоченного лица	инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.